

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

POWIADOMIENIE
o zmianach SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „**Dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**” – znak sprawy **Z.II.260.024.Zp.2022**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. W punkcie 4. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi w tabeli poz. nr 2 **było**:

2	Temat: Dostawa myjni ultradźwiękowej jednokomorowej Wspólny Słownik Zamówień: 42943200-0 Opis: Dostawa myjni ultradźwiękowej jednokomorowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych
---	---

W punkcie 4. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi w tabeli poz. nr 2 **jest**:

2	Temat: Dostawa myjni endoskopowej jednokomorowej Wspólny Słownik Zamówień: 33191000-5 Opis: Dostawa myjni endoskopowej jednokomorowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych
---	---

2. W punkcie 16. Termin związania ofertą, pkt. 16.1 **było**:
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **27/08/2022**.
W punkcie 16. Termin związania ofertą, pkt. 16.1 **jest**:
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **10/09/2022**.
3. W punkcie 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 18.1 **było**:
Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **29/07/2022** do godz. **09:00**.
W punkcie 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 18.1 **jest**:
Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **11/08/2022** do godz. **09:00**.
4. W punkcie 19. Termin otwarcia ofert, pkt. 19.1 **było**:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **29/07/2022** o godz. **09:30**, za pośrednictwem Platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
W punkcie 19. Termin otwarcia ofert, pkt. 19.1 **jest**:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **11/08/2022** o godz. **09:30**, za pośrednictwem Platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

5. W załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w Zadaniu nr 2 **było**:

2.2 Zadanie nr 2: Dostawa myjni ultradźwiękowej jednokomorowej.

W załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w Zadaniu nr 2 **jest**:

Zadanie nr 2: Dostawa myjni endoskopowej jednokomorowej.

6. W załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w Zadaniu nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych **było**:

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA JEDNOKOMOROWA - 1 szt.					

W załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w Zadaniu nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych **jest**:

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
MYJNIA ENDOSKOPOWA JEDNOKOMOROWA - 1 szt.					

7. W załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w Zadaniu nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych, tabela pkt. 7 **było**:

1.	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów – zgodny z wymogami EN ISO 15883	Tak			Bez punktacji
----	---	-----	--	--	---------------

W załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w Zadaniu nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych, tabela pkt. 7 **jest**:

2.	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji posiadanych przez Zamawiającego endoskopów PENTAX – zgodny z wymogami EN ISO 15883	Tak			Bez punktacji
----	--	-----	--	--	---------------

W załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w Zadaniu nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych, tabela pkt. 32 **było**:

3.	Minimum 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania umowy sprzedaży	Tak			Bez punktacji
----	---	-----	--	--	---------------

W załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w Zadaniu nr 2 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych, tabela pkt. 32 **jest**:

4.	Minimum 8-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania umowy sprzedaży	Tak			Bez punktacji
----	--	-----	--	--	---------------

8. W załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w §3 ust.1 **było:**
1. W ramach wynagrodzenia określonego umową Sprzedający udziela Kupującemu bezterminowych licencji na korzystanie z oprogramowania niezbędnego do korzystania i obsługi sprzętu medycznego.
- W załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w §3 ust.1 **jest:**
1. W ramach wynagrodzenia określonego umową Sprzedający udziela Kupującemu bezterminowych licencji na korzystanie z oprogramowania niezbędnego do korzystania i obsługi sprzętu medycznego, o ile dotyczy.
9. W załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w §4 ust. 5 **było:**
5. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny sprzętu medycznego^{*)} oraz usunąć uszkodzenie w czasie do **5** dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili potwierdzenia awarii oraz w czasie do **10** dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku usunięcia uszkodzenia w w/w czasie Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego.
- W załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w §4 ust. 5 **jest:**
5. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny sprzętu medycznego^{*)} oraz usunąć uszkodzenie w czasie do **5** dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili potwierdzenia awarii oraz w czasie do **10** dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku usunięcia uszkodzenia w w/w czasie Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia elementu zastępczego, który pozwoli na użytkowanie sprzętu medycznego^{*)} w okresie naprawy.
10. W załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w §4 ust. 9 **było:**
9. Sprzedający zapewni Kupującemu dostępność części zamiennych przez okres **10** lat. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.
- W załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w §4 ust. 9 **jest:**
9. Sprzedający zapewni Kupującemu dostępność części zamiennych przez okres **8** lat. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.
11. W załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy **było:**
- ^{*)} przez sprzęt medyczny Zamawiający rozumie sprzęt wymieniony w kolejnych zadaniach, tj.:
- Aparat USG wyposażony w głowicę liniową, convex i cardio,
 - Myjnia ultradźwiękowa jednokomorowa,
 - Aparat do monitorowania i diagnostyki bezdechu (OBS),
 - Łóżko do intensywnej terapii wyposażone w materac przeciwoleżynowy,
 - Myjnia ultradźwiękowa (ok. 30L).
- W załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy **jest:**
- ^{*)} przez sprzęt medyczny Zamawiający rozumie sprzęt wymieniony w kolejnych zadaniach, tj.:
- Aparat USG wyposażony w głowicę liniową, convex i cardio,
 - Myjnia endoskopowa jednokomorowa,
 - Aparat do monitorowania i diagnostyki bezdechu (OBS),
 - Łóżko do intensywnej terapii wyposażone w materac przeciwoleżynowy,
 - Myjnia ultradźwiękowa (ok. 30L).

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/