

Giżycko dnia: 2023-10-02

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

Warszawska 41

11-500 Giżycko

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2012 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych na **"Przeład i konserwacja aparatury medycznej"** – znak sprawy **n/49/09/23**.

Zamawiający, **Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.**, udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem usług w zakresie pakietu 24 są wirówki ID-Centrifuge 6S (2 szt.) produkcji DiaMed GmbH (marka BioRad)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne naprawy w zakresie pakietu 24 winny być wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny producenta urządzenia, tj. podmiot posiadający w szczególności dostęp do instrukcji serwisowej urządzeń oraz oryginalnych części zamiennych, co wykonawca potwierdzi składając wraz z ofertą autoryzację serwisową wydaną przez producenta posiadanych przez Zamawiającego urządzeń?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Zestaw nr 11

Dot. pakiet nr 5

Wnioskujemy o wydzielenie z pakietu nr 5 diatermii elektrochirurgicznych Erbe (tj. poz. 4, 9, 10, 11) tworząc dla tych urządzeń oddzielny pakiet. Zmiana umożliwi przedstawienie oferty przez serwis autoryzowany producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wydziela pozycje, tworząc pakiet nr 44.

Dot. pakiet z diatermiami Erbe (po wydzieleniu z pakietu nr 5)

Wnioskujemy o ujednolicenie terminu przeglądu diatermii elektrochirurgicznych Erbe w pakiecie po wydzieleniu, ustalając dla wszystkich urządzeń w pakiecie np. m-c III.

Zmiana wpłynie na zmniejszenie ceny oferty (zmniejszenie liczby dojazdów) w ramach niniejszego postępowania oraz w każdym innym postępowaniu w przyszłości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Dot. zaproszenie rozdział 4 - pakiet z diatermiami Erbe (po wydzieleniu z pakietu nr 5)

Wnioskujemy o potwierdzenie, że zgodnie z treścią warunku udziału w postępowaniu oraz oświadczenia składanego przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem 7, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami posiadającymi „przeszkolenie w zakresie przeglądów urządzeń” jak w zamówieniu, tj. dla diatermii Erbe osobami, które odbyły organizowane przez producenta lub inny upoważniony podmiot szkolenie w zakresie przeglądów diatermii Erbe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.