

EP.26.89.2023

Warszawa, dnia 4 października 2023 r.

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „Zakup sprzętu medycznego dla ŚCZP dla Dzieci i Młodzieży - termometr, waga, ciśnieniomierz, młotek, pulsoksymetry, alkomet ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” – sprawa nr EP/85/2023.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Zakup sprzętu medycznego dla ŚCZP dla Dzieci i Młodzieży - termometr, waga, ciśnieniomierz, młotek, pulsoksymetry, alkomet ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” – sprawa nr EP/85/2023, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Pytania do zadania nr. 1 pozycja nr. 5 (Pulsoksymetr)

Pytanie nr 1 - Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie pozycji nr. 5 dot. pulsoksymetru z części 1 i utworzenie z niej osobnego zadania;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr, który zasilany jest poprzez akumulator?;

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

DYREKTOR DS. ORGANIZACYJNO  
- EKSPLOATACYJNYCH

*Taida Muchla-Jastrzębska*

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska