

Pilchowice dnia: 2021-08-30

**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**  
ul. Dworcowa 31  
44-145 Pilchowice

Pismo: 16/ZP/2021/K

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**  
**w zakresie zapytania nr 5 Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **"Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".**" – znak sprawy 16/ZP/2021/K.

Zamawiający, **Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami (stanowiskiem Zamawiającego):

**Zapytanie nr 5**Część nr 15

1. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 870 mm i szerokości leża 700 mm?

**Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 470-790 mm?

**Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 150 mm?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 529-849 mm?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Część nr 13

6. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

### Część nr 11

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z powierzchniami tworzywowymi n(p. poręczami bocznymi) bez dodatków antybakteryjnych, które w dłuższej perspektywie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z lakierem proszkowym bez dodatków antybakteryjnych (mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta), ale zgodnym z normą EN ISO 10993-5:2009 potwierdzając, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu (3 segmenty) oraz segmentem oparcia pleców wypełnionym płytą tworzywową hpl pod którym znajduje się tunel na kasetę RTG?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2190 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

**Tak, pod warunkiem posiadania funkcji wydłużenia leża.**

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 997 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 7 mm?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża o 28 cm mechanicznym, bez regulacji długości leża na panelu centralnym?

**Zamawiający dopuszcza.**

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 35-91 cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół?

**Zamawiający dopuszcza.**

15. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

### Część nr 12

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z powierzchniami tworzywowymi (np. poręczami bocznymi) bez dodatków antybakteryjnych, które w dłuższej perspektywie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z lakierem proszkowym bez dodatków antybakteryjnych (mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta), ale zgodnym z normą EN ISO 10993-5:2009 potwierdzając, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

18. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu (3 segmenty) oraz segmentem oparcia pleców wypełnionym płytą tworzywową hpl pod którym znajduje się tunel na

kasetę RTG?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

19. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowanymi?

**Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem wypełnionym odejmowanymi panelami.**

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z system ważenia zgodnym z normą równoważną do normy wskazanej w pkt. 6 tabeli z parametrami technicznymi?

**Zamawiający dopuszcza.**

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2190 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1038 mm?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 35-91 cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

24. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Część 10

25. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko z powierzchniami tworzywowymi (np. poręczami bocznymi) bez dodatków antybakteryjnych, które w dłuższej perspektywie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

27. Czy Zamawiający dopuści łóżko z lakierem proszkowym bez dodatków antybakteryjnych (mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta), ale zgodnym z normą EN ISO 10993-5:2009 potwierdzając, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

28. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu (3 segmenty) oraz segmentem oparcia pleców wypełnionym płytą tworzywową hpl pod którym znajduje się tunel na kasetę RTG?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

29. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2190 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

30. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 997 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 7 mm?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

31. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 35-91 cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

32. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół?

**Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający

Danuta Markłowska

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa