

EP.26.75.2023

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2023 roku.

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „Dostawę płynów i materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczej” – sprawa nr EP/69/2023

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę płynów i materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczej ” SPRAWA NR EP/69/2023, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**Pytanie 1. - Dotyczy Załącznika nr 2 - "Cewnik do hemofiltracji, high flow (...)"**

Czy Zamawiający dopuści jedyne dostępne na rynku cewniki high flow do hemofiltracji z powłoką bizmutową o przekroju 11,5 lub 13 Fr i możliwych dostępnych długościach - 150; 200; 250 mm?. Cewnik posiada wspomnianą powłokę z bizmutu oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym. Brak jest dostępności na rynku polskim cewników o przekroju 11Fr.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

KIEROWNIK SEKCJI  
Sekcja Zamówień Publicznych

  
Małgorzata Marcinkowska