

Giżycko dnia: 2023-09-29

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

Warszawska 41

11-500 Giżycko

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2012 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych na **"Przegląd i konserwacja aparatury medycznej"** – znak sprawy **n/49/09/23**.

Zamawiający, **Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.**, udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Prosimy o wydzielenie: z pakietu nr 1 pozycji: 31, 70, 90, 91, 99, 141; z pakietu nr 6 pozycji 6, 7, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 34, 35; z pakietu nr 21 pozycji 15, 16, 28.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wydziela pozycje tworząc po kolei pakiety nr 34, 35 i 36.

Zestaw nr 2

1. Czy Zamawiający z uwagi niejednorodny charakter produktów wymienionych w wykazie urządzeń medycznych, wydzieli do oddzielnego zadania Aparaty do EEG DigiTrack?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wydziela pozycje tworząc pakiet nr 37.

2. §7 pkt 1 Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy zawarty wymóg dotyczący zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (dalej k.p.)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

Zestaw nr 3

Pytanie 1, pakiet 13, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 19 sprzętów produkcji GE – Aparat RTG z ramieniem C – Brivo OEC 865. W takim kształcie pakietu, autoryzowane serwisy nie są w stanie złożyć oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wydziela pozycje tworząc pakiet nr 38.

Zestaw nr 4

Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający wydzieli poz. 28 (20 szt. pomp P500) do oddzielnego Pakietu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wydziela pozycje tworząc pakiet nr 39.

Pakiet nr 6

2. Czy Zamawiający wydzieli poz. 1, 24 i 36 (3 szt. kardiomonitorów Q7?) do oddzielnego Pakietu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wydziela pozycje tworząc pakiet nr 40.

Pakiet nr 1 i 6

3. W przypadku wyrażenia zgody na nasze pytanie nr 1 i 2, czy Zamawiający dopuści wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu Wykonawca dostarczy urządzenia zastępcze oraz pokryje koszty transportu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 i 6

4. W przypadku wyrażenia zgody na nasze pytanie nr 1 i 2, czy Zamawiający będzie wymagał posiadania autoryzacji producenta i/lub imiennych certyfikatów wystawionych przez producenta po odbyciu szkoleń serwisowych dla przedmiotowych urządzeń firmy BLT?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Zestaw nr 5

Dotyczy pakietu nr 8 i 14

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 8 czterech urządzeń wskazanych poniżej i dodatkowo podanie nr seryjnych ?.

2 Aparat USG Falcon SOR

5 Aparat USG FALCON 2101EXL UROLOGIA

6 Aparat USG Pro Focus PRACOWNIA RTG

10 Aparat USG Flex Focus 300 UROLOGIA

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wydziela pozycje tworząc pakiet nr 41.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie 3 urządzeń podanych poniżej z pakietu nr 14, z uwagi na fakt iż nie są to urządzenia producenta Pentax

20	Źródło światła OP-927	1907	Bl.Operacyjny	26,06,2024		
21	Źródło światła OP-930	1334	Gin-Poł.	05,06,2024		
22	Fiberoskop giętki kpl. 2 szt.	URF-P7	2002598		i	2002592
	Urologia/Bl.Operacyjny	27,06,2024				

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wydziela pozycje tworząc pakiet nr 42.

Pytanie 3

DOTYCZY par. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego ustępu w w/ paragrafie o następującej treści:

Wykonawca ma możliwość wstrzymywania usług do czasu zapłaty zobowiązania przez Zamawiającego, w przypadku opóźnienia w płatności powyżej 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia. Warunkiem skorzystania z prawa do wstrzymywania usług jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oświadczenia o wstrzymywaniu usług, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty zadłużenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

Zestaw nr 6

1. Dot. Pakiet 17 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, ile sztuk termometrów elektrycznych jest w Pakiecie 17 poz. 4? Prosimy również o podanie nr seryjnych urządzeń w poz. 4, gdyż te w tabeli są identyczne z numerami w pozycji 3.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ilość termometrów w pozycji 3 to 4 sztuki.

2. Dot. Pakiet 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, ile sztuk urządzeń łącznie należy wycenić w Pakiecie 22, gdyż w poz. 1 jest zapis: Łaźnia do osocza +FFP i KRIO? Ile urządzeń jest ujętych w pozycji 1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wszystkich urządzeń jest 8, natomiast 1 pozycja to 1 urządzenie.

3. Dot. zapisów Umowy § 7

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o usunięcie lub zmianę zapisu w w/w punkcie Umowy dotyczącego wymogu zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prowadzonego postępowania, gdyż prace te mogą także realizować osoby, które są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako zasób własny firmy.

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: „Zamawiający informuje, że

Wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, rozumianych jak zasób własny firmy."

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

4. Dot. Umowa § 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany, patrz § 3 ust. 2.

5. Dot. zapisów umowy § 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 7

1. §1 ust. 1 pkt 1)

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, co miałyby wchodzić w zakres „niewielkich modernizacji technicznych, a także drobnych napraw”, o których mowa w tym postanowieniu?

Ze względu na mało precyzyjny charakter ww. fragmentu Wykonawca zwraca się o jego usunięcie. Wykonawca jest co do zasady zobowiązany do realizacji czynności w zakresie przeglądów i konserwacji wynikających z aktualnych instrukcji producenta, a realizowane zadanie nie powinno wykraczać poza powyższe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

2. §1 ust. 3

Udzielając gwarancji jakości gwarant (wykonawca) udziela gwarancji, że towar jest zgodny z umową. Zatem gwarancji jakości udziela się na towary/rzeczy. Zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego, w przypadku wadliwego wykonania usługi - Wykonawca jest zobowiązany do ponownego jej wykonania na warunkach wskazanych w umowie. Z uwagi na powyższe proponujemy następującą modyfikację postanowienia:

„Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wymienione części zamienne i materiały co najmniej 6 miesięcznej gwarancji, z zastrzeżeniem, że gwarancja nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. Niezależnie od powyższego, Wykonawca odpowiada na zasadzie rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

3. §1 ust. 9:

Dbając o bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń serwisowych producenta wydaje się w tym kontekście kluczowe. Producent aktualizuje

bowiem od czasu do czasu wytyczne, z uwagi na dokonywane zgłoszenia, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem urządzenia.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się do najnowszych wymagań producenta i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie serwisu sprzętu stanowiącego przedmiot umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

4. §1 ust. 10:

Wykonawca zwraca się o wykreślenie z postanowienia fragmentu: „posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń”.

Zapis w części pierwszej postanowienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego i opisuje niezbędne kwalifikacje osób realizujących przedmiot umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

5. §2 ust. 7:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego tj. art. 471 k.c. - za skutki zdarzeń, wynikające z działania lub zaniechania Wykonawcy na zasadzie winy (za „zwłokę”), nie odpowiada za przypadek. Podobne zasady wynikają z art. 433 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonanie zastępcze stanowi zgodnie z art. 480 k.c. wyjątek od osobistej realizacji zobowiązania przez dłużnika. Co do zasady wymaga także upoważnienia sądu. W przypadku wadliwego lub nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do należytej realizacji obowiązków, a dopiero potem skorzystanie z ww. uprawnienia. Ponadto, prosimy o wykreślenie z postanowienia frazy „i ryzyko”. Wybór wykonawcy zastępczego, to okoliczność zależna wyłącznie od Zamawiającego, w związku z tym stosowanie tego rodzaju zapisu stanowi w ocenie Wykonawcy działanie sprzeczne z treścią art. 433 pkt 3) ustawy Pzp (zakazane postanowienie umowne).

W związku z powyższym proponujemy następującą modyfikację postanowienia:

„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonania obowiązków umownych lub będzie w zwłoce w ich wykonaniu, wówczas Zamawiający po wezwaniu Wykonawcy i udzieleniu mu dodatkowego terminu co najmniej 3 dni roboczych ma prawo do powierzenia ich wykonania podmiotowi zewnętrznemu na koszty Wykonawcy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

6. §5 ust. 1

Stosownie do brzmienia §4 ust. 3 zaproponowanego przez Zamawiającego – w celu przywrócenia symetryczności postanowień – Wykonawca wnosi o usunięcie z postanowienia fragmentu „stosownie do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

7. §7 ust. 5:

Prosimy o doprecyzowanie terminu minimalnego, w jakim Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów określonych tych postanowieniem i ustalenie go, jako „nie krótszy niż 10 dni roboczych”.

Postanowienie odnosi się do szeregu dokumentów, jakich żądać może Zamawiający w celu

wykazania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, Wykonawca podnosi zatem, że termin wynikający z tego postanowienia powinien być możliwy do zrealizowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

8. §8 ust. 1 pkt 1):

Wykonawca wskazuje, iż zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku urządzeń medycznych – kara umowna za odstąpienie w przypadku usług przeglądów i serwisów jest wyliczana jako 5-10% niezrealizowanej na dzień odstąpienia wartości umowy. Przedmiotem umowy są usługi (świadczenie ciągłe) - ewentualne odstąpienie/rozwiązanie odnosi co do zasady skutek na przyszłość. W związku z powyższym zwracamy się o zmianę brzmienia postanowienia na następujące:

„Za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy, o której mowa w §3 ust. 1”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

9. §8 ust. 1 pkt 2):

Zważywszy, że ryzyka finansowe związane z realizacją umowy, do których zaliczają się niewątpliwie kary umowne, są wkalkulowywane do ceny oferty, co może wpływać na koszty ponoszone przez Zamawiającego wnosimy o zmianę kary umownej wynikającej z postanowienia na „400,00 zł”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

10. §8 ust. 1 pkt 3):

Wskazujemy, iż dłużnik musi wiedzieć, za jakie sprecyzowane zachowanie naraża się na obowiązek zapłaty kary umownej. Dla skuteczności zastrzeżenia kary umownej nie jest wystarczające ogólne odwołanie się do jakiegokolwiek naruszenia dłużnika (por. wyrok SN z 2.02.2022 r., II CSKP 512/22). W związku z powyższym, uwzględniając także uwagi dot. punktów wcześniejszych, proponujemy poniższą zmianę postanowienia:

„za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę przeglądów, w wysokości 0,5% wartości usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

11. §8 ust. 7:

Wyjaśniamy, iż w zależności od rodzaju odstąpienia – ex tunc lub ex nunc – skutki odstąpienia powinny być oceniane według zasad ogólnych kodeksu cywilnego. W związku z powyższym prosimy o dopisanie w ust. 7 zastrzeżenia: „(...) w zakresie, w jakim zdarzenia warunkujące naliczenie kary umownej zaistniały do chwili odstąpienia od umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

12. §8 ust. 9:

Wykonawca zwraca uwagę, że standardowo limit kar umownych, wynikających z umowy jest ustalany w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy, jako wartość procentowa tego wynagrodzenia, co odpowiada orzecznictwu sądów powszechnych dot. kar umownych.

W związku z powyższym, zwracamy się o dokonanie następującej zmiany w postanowieniu:

„Wysokość każdej z kar umownych, jak też łączna wysokość naliczonych na podstawie Umowy kar umownych, nie może przekroczyć 20% wartości umowy określonej w §3 ust. 1.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

13. §9 ust. 1 pkt 1):

Zgodnie z uwagami dot. §2 ust. 7 Wykonawca zwraca się o następującą modyfikację postanowienia:

„1) W przypadku zwłoki w realizacji usługi objętej zamówieniem (sytuacja zwłoki w realizacji usługi powinna wystąpić przynajmniej dwukrotnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy).”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

14. §9 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przed odstąpieniem, o którym mowa w tym postanowieniu Wykonawca został wezwany do usunięcia naruszeń Umowy i dodanie do postanowienia zapisu:

„Przed odstąpieniem, o którym mowa w niniejszym ustępie Zamawiający wezwie Wykonawcę do podjęcia działań naprawczych i wyznaczy mu odpowiedni termin nie krótszy niż 5 dni roboczych.”?

Możliwość podjęcia działań naprawczych zapobiega potrzebie odstąpienia, jednocześnie dając szansę Zamawiającemu na uzyskanie zamówienia w ramach bieżącej umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmiany.

Zestaw nr 8

W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez niego danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.