



Instytut Kardiologii
IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA
STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

IK/EZP/0-65/107/2019
Znak sprawy: ZP 006/2019

Warszawa, 14 lutego 2019 roku

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień oraz dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę Zastawek aortalnych wszczepianych drogą przezskórną i przezkoniuszkową

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 1 dopuści zastawkę aortalną wszczepianą drogą przezskórną tylko z dostępu przezudowego wraz z akcesoriami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy depozytowej stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ poprzez dodanie w par. 5 punktu 5 o następującej treści: „Produkt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z magazynu przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

Pytanie nr 3

DOT. zadania 3:

Czy zamawiający dopuści zastawki aortalne wszczepiane drogą przezskórną tylko z dostępu przezudowego i transaortalnie? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

Tomasz Berdys

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.ikard.pl w dniu 14 lutego 2019 r.