

Numer postępowania: **ZP-271-33/22**

Kraków, dnia 25.07.2022 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **”Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz pojemników i worków na odpady medyczne”**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1:

Pakiet 31, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany metodą rozdmuchu z polietylenu, pokrywa z wiekiem wykonaną z polipropylenu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Pakiet 31, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 10l z pokrywą zgodnie z poniższym zdjęciem:



Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy i asortymentowy – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – część nr 8 „Sprzęt laboratoryjny”

Dotyczy punkt 1

„Ostrze do mikrotomu typu MX35 Ultra Premier spełniające następujące warunki : szerokość 8 mm, kąt ostrza 34°, stal nierdzewna, przeznaczone do twardych materiałów.

Dozownik zawierający 50 ostrzy.

Wymagana próbka - 10 ostrzy”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie ostrzy do mikrotomu typu MX35 Ultra Premier o szerokości 8 mm, kąt ostrza 35o, stal nierdzewna, przeznaczone do twardych materiałów.

Dozownik zawierający 50 ostrzy

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż wymóg kąta ostrza wynoszące 34o w bardzo wyraźny sposób ogranicza liczbę oferentów, którzy mogą złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Kąt ten jest charakterystyczną cechą żyłek MX35 Ultra Premier. Różnice w kącie ostrza, szczególnie tak małe, nie mają przełożenia na jakość, ostrość oraz trwałość samej żyłki.

Mając na uwadze powyższe, jak również na fakt, iż Zamawiający wymaga próbek ostrzy w celu przetestowania ich jakości zasadnym zarówno z użytkowego punktu widzenia (Zamawiający może otrzymać żyłki lepsze) jak również z ekonomicznego punktu widzenia (Zamawiający dopuszczając kąt 35o pozwoli na większą liczbę ofert, tym samym wprowadzając element większej konkurencyjności, co bezpośrednio przekłada się na niższą cenę) jest zasadne i w pełni uzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy i asortymentowy – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – część nr 15 „Sprzęt laboratoryjny

Dotyczy punktu 1

„Ostrza do mikrotomu typ „FEATHER R35” przeznaczone do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędź tnąca dodatkowo hartowana, ostrze żyłki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyłki bez możliwości jej ruchu w uchwycie.”

Zwracamy się uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie ostrzy do mikrotomu typ „FEATHER R35” przeznaczonych do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego; długość 80 mm, szerokość 8 mm, grubość 0,25 mm, kąt ostrza 35o, materiał wykonania – stal nierdzewna. Krawędź tnąca dodatkowo hartowana. Ostrze wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza, bez konieczności stosowania platerowania platyną z dodatkową powłoką żywiczną. 2 otwory mocujące wewnątrz żyłki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów). Jednocześnie wnosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności z posiadanymi uchwytami.

Mając na uwadze powyższe, jak również na fakt, iż Zamawiający wymaga próbek ostrzy w celu przetestowania ich jakości zasadnym zarówno z użytkowego punktu widzenia (Zamawiający może otrzymać żyłki lepsze) jak również z ekonomicznego punktu widzenia

(Zamawiający dopuszczając kąt 35o pozwoli na większą liczbę ofert, tym samym wprowadzając element większej konkurencyjności, co bezpośrednio przekłada się na niższą cenę) jest zasadne i w pełni uzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Dotyczy załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy i asortymentowy – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – część nr 15 „Sprzęt laboratoryjny

Dotyczy punkt 2

„Ostrza do mikrotomu typ „FEATHER N35” przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, ostrze żyłki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyłki bez możliwości jej ruchu w uchwycie.”

Zwracamy się uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie ostrzy do mikrotomu typ „FEATHER N35” przeznaczonych do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości); długość 80 mm, szerokość 8 mm, grubość 0,25 mm, kąt ostrza 35o, materiał wykonania – stal nierdzewna. Ostrze wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza, bez konieczności stosowania platerowania platyną z dodatkową powłoką żywiczną. 2 otwory mocujące wewnątrz żyłki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów). Jednocześnie wnosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności z posiadanymi uchwytami.

Mając na uwadze powyższe, jak również na fakt, iż Zamawiający wymaga próbek ostrzy w celu przetestowania ich jakości zasadnym zarówno z użytkowego punktu widzenia (Zamawiający może otrzymać żyłki lepsze) jak również z ekonomicznego punktu widzenia (Zamawiający dopuszczając kąt 35o pozwoli na większą liczbę ofert, tym samym wprowadzając element większej konkurencyjności, co bezpośrednio przekłada się na niższą cenę) jest zasadne i w pełni uzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Dotyczy załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy i asortymentowy – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – część nr 15 „Sprzęt laboratoryjny

Dotyczy punkt 3

„Ostrza do wykrawania materiału typ „FEATHER 130 mm”, lub równoważne, kompatybilne z uchwytem 260 mm . Długość ostrzy – 130 mm; szerokość – 18 mm; materiał wykonania – stal węglowa.

WYMAGANE PRÓBKII - 1 op. 50 ostrzy”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie ostrzy do wykrawania materiału typ „FEATHER 130 m”, lub równoważne, kompatybilne z uchwytem 255 mm. Długość ostrzy – 130 mm; szerokość – 18 mm; materiał wykonania – stal nierdzewna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Dotyczy załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy i asortymentowy – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – część nr 15 „Sprzęt laboratoryjny

Dotyczy punkt 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w liczbie 50 ostrzy, a zredukowanie tej liczby do 5 sztuk.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:

Dotyczy załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy i asortymentowy – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – część nr 18 „Sprzęt laboratoryjny”

Dotyczy punktów 2 oraz 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie rodzajowo odbiegających od reszty asortymentu z części nr 18 pozycji 2 oraz 3 (kasetki histopatologiczne) oraz tym samym stworzenie z nich oddzielnego pakietu.

W obecnym brzmieniu opisu przedmiotu zamówienia mając na uwadze m.in. punkty 4 i 5 – akcesoria do urządzeń firmy Epredia, których wyłącznym dystrybutorem jest firma ElektroMed Grzegorz Pałkowski, jedyną firmą która ma możliwość złożenia oferty jest ElektroMed.

Wydzielenie kasetek z pozycji 2 i 3 zarówno z użytkowego punktu widzenia (Zamawiający może otrzymać kasetki lepsze) jak również ekonomicznego (Zamawiający wydzielając pozycje z pakietu pozwala na większą liczbę ofert, tym samym wprowadzając element większej konkurencyjności, co bezpośrednio przekłada się na niższą cenę) jest zasadne i w pełni uzasadnione – szczególnie biorąc pod uwagę wymóg dostarczenie próbek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Dotyczy załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy i asortymentowy – cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – część nr 18 „Sprzęt laboratoryjny”

Dotyczy punkt 2

„Kasetki histopatologiczne przeznaczone do nadruku w drukarkach laserowych, otwory 1mm x 5 mm. Kasetki z przykrywką bez zawiasów (zamknięcie na zatrzask). Dostępne w min. 10 kolorach. Kasetki połączone taśmą po 40 sztuk, ułatwiającą umieszczanie kasetek w magazynku drukarki. Kasetki współpracujące z drukarką posiadaną przez Zamawiającego, typu NOVA01 - FT.

WYMAGANE PRÓBKII - 10 szt”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej przeznaczonej do nadruku w drukarkach laserowych, otwory 0,9x0,9 mm. Kasetki z przykrywką z zawiasami (ułatwiającymi otwieranie/zamykanie). Dostępne w min. 10 kolorach. Kasetki połączone taśmą po 40 sztuk, ułatwiające umieszczanie kasetek w magazynie drukarki. Kasetki współpracujące z drukarką posiadaną przez Zamawiającego, typu NOVA01 – FT.

Różnica w wielkości otworów 0,1 mm w żaden sposób nie przekłada się na stopień przepojenia materiału tkankowego jak również jakość samej kasetki. Mając na uwadze powyższe, jak również na fakt, iż Zamawiający wymaga próbek kasetek w celu przetestowania ich jakości zasadnym zarówno z użytkowego punktu widzenia (Zamawiający może otrzymać kasetki lepsze) jak również z ekonomicznego punktu widzenia (dopuszczenie wielkości otworów 0,9x0,9 mm pozwoli na większą liczbę ofert, tym samym wprowadzając element większej konkurencyjności, co bezpośrednio przekłada się na niższą cenę) jest zasadne i w pełni uzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Dotyczy załącznik nr 1a do SWZ – Formularz ofertowy i asortymentowy – cenowy (opis

przedmiotu zamówienia) – część nr 18 „Sprzęt laboratoryjny”

Dotyczy punkt 3

„Kasetka histopatologiczna biopsyjna do bardzo drobnych materiałów z wewnętrzną komorą do drukarki laserowej, kompatybilna z drukarką laserową typ Nova, producent Fa-Tech. Kasetka histopatologiczna z wciskaną przykrywką bez zawiasów.

Komorą wewnętrzną z otworami o wymiarach 0,4 x 0,4 mm.

Dodatkowe większe otwory rozmieszczone wokół komory wewnętrznej, ułatwiające przepływ odczynników. Kasetki pakowane w stopy po 40 sztuk każdy, połączone za pomocą taśmy do łatwego, bezpośredniego załadunku kasetek do podajników drukarki laserowej.

WYMAGANE PRÓBKII - 10 szt”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej biopsyjnej do bardzo drobnych materiałów z wewnętrzną komorą do drukarki laserowej, kompatybilnej z drukarką laserową typ Nova, producent Fa-Tech. Kasetka histopatologiczna z przykrywką wciskaną z zawiasem. Komora wewnętrzna z otworami o wymiarach 0,38x0,38 mm. Dodatkowe większe otwory rozmieszczone wokół komory wewnętrznej, ułatwiające przepływ odczynników. Kasetki pakowane w stopy po 40 sztuk każdy, połączone za pomocą taśmy do łatwego, bezpośrednio załadunku kasetek do podajników drukarki laserowej.

Różnica w wielkości otworów 0,02 mm w żaden sposób nie przekłada się na stopień przepojenia materiału tkankowego jak również jakość samej kasetki. Mając na uwadze powyższe, jak również na fakt, iż Zamawiający wymaga próbek kasetek w celu przetestowania ich jakości zasadnym zarówno z użytkowego punktu widzenia (Zamawiający może otrzymać kasetki lepsze) jak również z ekonomicznego punktu widzenia (dopuszczenie wielkości otworów 0,38 x 0,38 mm pozwoli na większą liczbę ofert, tym samym wprowadzając element większej konkurencyjności, co bezpośrednio przekłada się na niższą cenę) jest zasadne i w pełni uzasadnione.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11:

Pytania techniczne

Pakiet nr 6, poz.7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika prostokątnego o wymiarach 216x140x119mm, o pojemności 2500 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12:

Pakiet nr 7, poz. 4.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie markera PAP z barierą w kolorze jasnoróżowym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13:

Pakiet nr 7, poz. 4.

Czy Zamawiający oczekuje markera PAP z końcówką mini czy standardową?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje markera PAP z końcówką standardową.

Pytanie nr 14:

Pakiet 12, poz.3:

Prosimy o dopuszczenie szkiełek podstawowych z ciętymi krawędziami i dwustronnym matowym polem do opisu. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Z uwagi na fakt, iż treść pytania zadanego przez Wykonawcę obejmuje swym zakresem przedmiot stanowiący część nr 9, a nie część nr 12 wskazaną w pytaniu, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi w zakresie części nr 9:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15:

Pakiet 12, poz.9:

Prosimy o dopuszczenie szkiełek pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Z uwagi na fakt, iż treść pytania zadanego przez Wykonawcę obejmuje swym zakresem przedmiot stanowiący część nr 9, a nie część nr 12 wskazaną w pytaniu, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi w zakresie części nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Pakiet 12, poz.12:

Prosimy o dopuszczenie mega szkiełek mikroskopowych podstawowych z dwustronnym matowym polem do opisu, o wymiarach 76x52x1mm.

Odpowiedź: Z uwagi na fakt, iż treść pytania zadanego przez Wykonawcę obejmuje swym zakresem przedmiot stanowiący część nr 9, a nie część nr 12 wskazaną w pytaniu, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi w zakresie części nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Pakiet nr 18, poz.3:

Prosimy o dopuszczenie kasetek łączonych za pomocą paska. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18:

Pakiet nr 18, poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tacy z melaminy o wymiarach 32 x 26,5cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19:

Pakiet nr 18, poz. 13.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kolby Erlenmeyera o pojemności 125ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20:

Pakiet nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie końcówek 10x100szt.? Pozostałe parametry zgodnie z zapisami specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający działając na podstawie art. 77 PZP dokona zwrotu próbek W NIENARUSZONYM STANIE na wniosek wykonawcy? Informacja o nienaruszalności przez

Zamawiającego dostarczonych próbek jest konieczna do podjęcia decyzji o złożeniu oferty. Próbkę w zakresie zadań 12 i 15 są znacznej wartości a koszt próbki i oferty Wykonawca uzależnia od odpowiedzi na zadane pytanie. Z góry dziękujemy za doprecyzowanie, gdyż zapisy SWZ są w tym zakresie nieprecyzyjne a Wykonawca nie ma wiedzy w jaki sposób będzie badana próbka.

Odpowiedź: Próbkę służy do przeprowadzenia testu w celu potwierdzenia tego, co jest zawarte w treści oferty Wykonawcy, w związku z tym zostaną one naruszone. Zamawiający dla części 15 zgadza się na zmniejszenie ilości próbek na 5 szt. natomiast dla części 12 dopuszcza zestaw z mniejszą ilością taśmy na rolce.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.