

EP.26.70.2025

Warszawa, dnia 08/07/2025r.

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ.**

Dotyczy: postępowania na „**Zakup ciepłarki medycznej do płynów infuzyjnych dla Szpitala Wolskiego**” – sprawa nr EP/65/2025/ML.

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup ciepłarki medycznej do płynów infuzyjnych dla Szpitala Wolskiego**” – sprawa nr EP/65/2025/ML, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach w zakresie punktu 1-30

- Rozprowadzanie ciepła za pomocą konwekcji i kondukcji z dezynfekcją UV-C i wymuszonym obiegiem powietrza
- Obudowa z płyty wiórowej laminowanej zapewniająca doskonałą izolację termiczną
- Dwie niezależne komory-szuflady grzewcze wyposażone w zamek na klucz oraz system automatycznego domykania z blokadą otwarcia obu szuflad jednocześnie
- Mikroprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury
- Pasek stanu informujący o aktualnym stanie urządzenia
- Cyfrowy wyświetlacz z czytelnymi wartościami temperatury zadanej i rzeczywistej
- Opcjonalne wyświetlanie zegara, tryb nocny, automatyczna regulacja jasności
- Dwa tryby pracy: manualny i automatyczny z harmonogramem dni tygodnia
- Opcjonalny wentylator wymuszający obieg powietrza w komorze
- Programowalne oświetlenie wewnętrzne komory
- Możliwość zewnętrznej kalibracji obwodów grzejnych urządzenia
- Porty w obudowie do opcjonalnego monitorowania i rejestracji temperatury
- Dźwiękowy alarm sygnalizujący otwarcie komory trwające dłużej niż minutę.
- Wizualny alarm sygnalizujący otwarcie komory, błędy wewnętrzne

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001009228

Nr księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000007137

Wysokość kapitału zakładowego 28 201 000,00 zł.

sekretariat: tel. 223894 703, fax: 22 6323893, email: kancelaria@wolski.med.pl, [www.wolski.med.pl](http://www.wolski.med.pl)

REGON: 011035381, NIP: 5273034710

- Temperatura kontrolowana przez dwa niezależne obwody pomiarowe
  - Automatyczne przypomnienie o konieczności przeglądu
  - Pamięć błędów, test systemu przy uruchomieniu
  - Bezgłośna praca w trybie ciągły
  - Temperatura wnętrza komory: 28 - 70 °C (Dwa zakresy: I 28 - 41 °C, II 42 - 70 °C)
  - Pobór mocy komory roboczej w trybie aktywnym: 200 W
  - Pobór mocy komory roboczej w trybie czuwania: 6 W
  - Pojemność komory roboczej: 44 L , ilość komór roboczych: 1
  - Wymiary: głębokość: 510 mm, wysokość: 370 mm, szerokość 380 mm
  - Waga: 19 kg
  - Temperatura otoczenia (praca): 18°C do 30°C
  - Wilgotność względna: 30% do 70%
  - Przechowywanie: 5°C do 55°C
  - Napięcie nominalne: 220-250 V AC, częstotliwość: 50-60 Hz
- Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: 1
- Klasa urządzenia medycznego: I
  - Oznakowanie CE: Tak

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ**

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

.....

.....