

EP.26.46.2025

Warszawa, dnia 10/04/2025r.

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „**Zakup i dostawę szafy do przechowywania, endoskopów dla z Pracownia Endoskopii**” – sprawa nr EP/38/2025/MK.

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup i dostawę szafy do przechowywania, endoskopów dla z Pracownia Endoskopii**” – sprawa nr EP/38/2025/MK, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**Pytanie 1. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ**

Dotyczy pkt 1: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę punktacji (pkt.1) tak by maksymalną ilość punktów otrzymało urządzenie o możliwości przechowywania 8 endoskopów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 2. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ**

Dotyczy pkt. 2: Czy Zamawiający dopuszcza przyznanie maksymalnej liczby punktów w przypadku urządzenia wyposażonego w dwie komory na cztery endoskopy każda?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ**

Dotyczy pkt 4; 5; 7; 10; 11: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wykonane w innej technologii, posiadające filtry HEPA (po 2 w każdej komorze) o najwyższej klasie czystości filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 4. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ**

Dotyczy pkt 9: Czy Zamawiający dopuszcza by szafa była wyposażona w wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym obiegiem powietrza i osuszaniem?

**Odpowiedź:** Tak, ale z regulowanym czasem suszenia.

**Pytanie 5. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ**

Dotyczy pkt. 14: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach szer. 1400mm, gł. 535mm, wys. 2200mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 6. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ**

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie umożliwiała przechowywanie endoskopów przez 7 dni bez konieczności ich ponownej dezynfekcji przez użyciem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ**

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 8. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ**

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było zgodne z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga urządzenia medycznego

**Pytanie 9. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ**

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było produktem zgłoszonym do rejestru wyrobów medycznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga urządzenia medycznego

**Pytanie 10. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Warunki gwarancji i serwisu – pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Liczba napraw tego samego istotnego elementu / podzespołu uprawniającą do wymiany tego elementu / podzespołu na nowy ( 3 naprawy )?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 11. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Warunki gwarancji i serwisu – pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 12. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy**

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 13. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji do 5 dni roboczych ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 14. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy**

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 15. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy**

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 16. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy**

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 4a, 4b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 17. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy**

Dotyczy zapisów umowy § 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 7 ustępu o poniższej treści: „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych.” ?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia § 7 dodając ust. 12 o następującej treści „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych licząc od daty dostarczenia urządzenia zastępczego, przy czym urządzenie zastępcze musi być o parametrach nie gorszych niż urządzenie stanowiące przedmiot umowy”.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Monika Kowalska