

Znak sprawy: ZP.054. 2020

Warszawa, dnia 16.10.2020r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ (02)  
SPROSTOWANIE**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień oraz dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa systemu infuzyjnego z wyposażeniem”**

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na **Pytanie nr 3 dot. poz. 8** z dnia 15.10.2020r w pkt Ad.3 na poniższe obowiązujące brzmienie:

**Pytanie 3**

**Dot. poz. 8**

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843; dalej: „ustawa pzp”), zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dalej: „siwz”, w poniższym zakresie:

Zamawiający w pkt. 8 (Wymagania ogólne systemu infuzyjnego) Załącznika nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 2 do Umowy, określił wymaganie w postaci: „... Wszystkie dostarczone pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe mają mieć możliwość zamocowania w stacjach dokujących posiadanych przez Narodowy Instytut Kardiologii oraz wymieniać wszystkie dane o infuzji z oprogramowaniem systemu nadzoru pacjenta Smart.”

1. Mając powyższe na względzie powyższe oraz fakt, że przedmiotem zamówienia jest 140 sztuk pomp strzykawkowych, 50 sztuk pomp objętościowych, 40 sztuk stacji dokujących oraz 26 sztuk wózków jezdnych do zamocowania stacji dokujących, jaką ilości pomp strzykawkowych, objętościowych oraz stacji dokujących pomijając przedmiot zamówienia, aktualnie dysponuje Zamawiający?
2. W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą, montażem i szkoleniem personelu 140 sztuk pomp strzykawkowych, 50 sztuk pomp objętościowych, 40 sztuk stacji dokujących, 26 sztuk wózków jezdnych do zamocowania stacji dokujących oraz wymaganiem, aby wszystkie oferowane pompy muszą mieć możliwość zamocowania w stacjach dokujących posiadanych przez Narodowy Instytut Kardiologii oraz wymieniać wszystkie dane o infuzji z oprogramowaniem systemu nadzoru pacjenta Smart, wnosimy o wyjaśnienie czy system nadzoru pacjenta Smart, jest własnością Zamawiającego?

Mając na względzie fakt, że jedynym podmiotem mogącym spełnić wymaganie z pkt. 8 Załącznika nr 2 do SIWZ, jest Becton Dickinson w postaci lokalnego dystrybutora, czy Zamawiający dopuści inne rozwiązania, jak powyżej

**Odpowiedź**

Ad.1. Zamawiający dysponuje pompami strzykawkowymi Alaris GH plus w ilości 528 szt., pompami objętościowymi Alaris GP plus w ilości 73 szt., stacjami dokującymi Alaris Gateway Workstation w ilości 34 szt. i Alaris Docking Station w ilości 24 szt.

Ad.2. System nadzoru pacjenta Smart Infusion Manager w wersji 1.2 jest własnością Zamawiającego.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie równoważne ( w tym zaproponowanie przez Wykonawcę) tj. polegające na dostawie pomp, których system mocowania w stacji dokującej umożliwi jej stabilne i bezpieczne zainstalowanie w stacji dokującej posiadanej przez Zamawiającego.

**Zamawiający dokonuje w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu następujących zmian:**

W SIWZ pierwotnym jest:	W SIWZ powinno być:
-------------------------	---------------------

<b>Rozdz. 16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert</b>	<b>Rozdz. 16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert</b>
16.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem <a href="https://e-ProPublico.pl/">https://e-ProPublico.pl/</a> , zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia <b>2020-11-02</b> do godz. <b>11:00</b> .	16.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem <a href="https://e-ProPublico.pl/">https://e-ProPublico.pl/</a> , zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia <b>2020-11-03</b> do godz. <b>11:00</b> .
16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: <b>2020-11-02</b> o godz. <b>11:00</b> , za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.	16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: <b>2020-11-03</b> o godz. <b>11:00</b> , za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
<b>W ogłoszeniu pierwotnym jest:</b>	<b>W ogłoszeniu powinno być:</b>
<b><u>Rozdz. IV.2.2)</u></b> Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 02/11/2020 Czas lokalny: 11:00	<b><u>Rozdz. IV.2.2)</u></b> Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 03/11/2020 Czas lokalny: 11:00
<b><u>Rozdz. IV.2.7)</u></b> Warunki otwarcia ofert Data: 02/11/2020 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Za pośrednictwem platformy działającej pod adresem ( <a href="https://e-propublico.pl">https://e-propublico.pl</a> ).	<b><u>Rozdz. IV.2.7)</u></b> Warunki otwarcia ofert Data: 03/11/2020 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Za pośrednictwem platformy działającej pod adresem ( <a href="https://e-propublico.pl">https://e-propublico.pl</a> ).

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje Urzędowi Publikacji Europejskiej ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Po opublikowaniu ogłoszenia zostanie ono zamieszczone na Platformie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

**W imieniu Zamawiającego**