

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do analizy moczu oraz
dostawa odczynników dla potrzeb MLD.**

Numer referencyjny: **odczynniki2/464/2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania 4, poz. 3 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o następujących parametrach: czułość 96,6% i swoistość 99,4% dla GDH, czułość 98,1% i swoistość 100% dla toksyny A, czułość 90,9% i swoistość 100% dla toksyny B?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza test o opisanych parametrach.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
M. Medak
mgr Małgorzata Medak
Zamawiający