

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Nazwa zamówienia: **Świadczenie usług przeglądów i konserwacji aparatury medycznej.**  
Znak sprawy: **ZP.3311.56.2024**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udostępnia poniżej treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

**Pytanie nr 1** – do części nr 2 zamówienia

*„Dotyczy załącznika nr 3 część 2: Z uwagi na fakt, że nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Samsung a w części 2 wyszczególnione są również inne aparaty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatów USG WS80A z pozycji 3, 16 w oddzielnym pakiecie, co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 2 pozycji nr 3 i 16 jako odrębnego zadania.

**Pytanie nr 2**

*„Dotyczy załącznika nr 1 punkt 8.11 oraz umowy § 3 ust. 1.7: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod pojęciem „imienny certyfikat” rozumie przedstawienie certyfikatu szkolenia producenta na systemy, co najmniej pokrewne?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 3**

*„Dotyczy kryterium gwarancji, SWZ rozdział VII punkt 3, rozdział XXII punkt 3, załącznik nr 2, umowy załącznik nr 8 § 3 ust. 11: Prosimy o wyjaśnienie, co zdaniem Zamawiającego oznacza i co obejmuje „gwarancja na wykonaną usługę przeglądu i konserwacji”? Zwracamy uwagę, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego udzielając gwarancji jakości gwarant (wykonawca) udziela gwarancji, że towar jest zgodny z umową. Zatem gwarancji jakości można udzielić wyłącznie na towary/rzeczy czyli w przypadku umów serwisowych sprzętu medycznego na części zamienne. Natomiast, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w przypadku wadliwego wykonania usługi, wykonawca z mocy samej ustawy jest zobowiązany do ponownego jej wykonania na warunkach wskazanych w umowie. Dlatego prosimy o modyfikację dotyczącą gwarancji wykonania umowy i pozostawienia gwarancji na wymienione części.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację dotyczącą gwarancji. Mając na uwadze przepisy Kodeksu cywilnego, gwarancja może być udzielona zarówno na jakość usługi jak i na jakość towaru dostarczanego lub wymienianego sprzętu. Brak jakości skutkujący jakąś wadą może wynikać zarówno z usługi jak i ze sprzętu/aparatury. Z tego względu zamawiający korzysta z uprawnień z Kodeksu cywilnego i wymaga udzielenia gwarancji jakości usługi oraz jakości wymienionych części.

**Pytanie nr 4**

*„Dotyczy załącznika nr 8 umowa § 3 ust. 16: Prosimy o wyjaśnienie, kto będzie ponosił odpowiedzialność gwarancyjną w przypadku, gdy po zamontowaniu części okaże się, że część nie działa prawidłowo. Czy będzie to dostawca czy osoba dokonująca wymiany za część dostarczoną przez Zamawiającego?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w przypadku dokonania zakupu części do wymiany u podmiotów trzecich i przekazania do zrealizowania usługi przez Wykonawcę odpowiedzialność gwarancyjną będzie ponosił dostawca części.

**Pytanie nr 5**

*„Dotyczy załącznika nr 8 umowa § 3 ust. 16: Czy w przypadku zakupu przez Wykonawcę części z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł naliczać marżę i w jakiej wysokości?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie marży.

**Pytanie nr 6 – do części nr 5 zamówienia**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie myjni dezynfektor producenta Steelco, KEN A/S - pozycje 1 i 3 z Części nr 5 i utworzenie z tych pozycji odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert konkurencyjnych i atrakcyjnych pod względem ceny oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SWZ i najkorzystniejszej cenowo”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 5 pozycji nr 1 i 3 jako odrębnego zadania.

**Pytanie nr 7 – do części nr 23 zamówienia**

*„Prosimy o wyłączenie z części nr 23 Kolumnowy system zasilania pozycji nr 2 do osobnego pakietu w przeciwnym razie nie mamy możliwości złożyć oferty. Taka zmiana pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej liczby ofert i realizację kluczowych zasad regulujących procedurę udzielania zamówień publicznych realizowanych ze środków publicznych m.in. zasadę równego traktowania wykonawców czy zasadę efektywności ekonomicznej.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 23 pozycji nr 2 jako odrębnego zadania.

**Pytanie nr 8 – do części nr 28 zamówienia**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 28 pozycji 5 i utworzenie odrębnego zadania? Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 28 pozycji nr 5 jako odrębnego zadania.

**Pytanie nr 9**

*„Dotyczy Części nr 3, 21, 28*

*Czy w trosce o najwyższą jakość wykonywanych usług Zamawiający w Części nr 3, 21, 28 będzie wymagał od wykonawców:*

- 1) dysponowania aktualną autoryzacją producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, lub*
- 2) dysponowania aktualną autoryzacją innego producenta urządzeń medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej wraz z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 13485:2016 w zakresie dystrybucji, instalowania oraz serwisu aktywnych wyrobów medycznych do obrazowania?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących dysponowania aktualną autoryzacją producenta lub aktualną autoryzacją innego producenta urządzeń medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej wraz z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 13485:2016 w zakresie dystrybucji, instalowania oraz serwisu aktywnych wyrobów medycznych do obrazowania.

**Pytanie nr 10**

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż wymagać będzie od wykonawców uwzględnienia w cenie przeglądu kosztu części podlegających okresowej wymianie niezbędnych do wykonania przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z rozdziałem XXI ust. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ, w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy. W Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy zamawiający wskazał, że przeglądy okresowe muszą zapewnić nieprzerwaną możliwość korzystania ze sprzętu (ciągłość przeglądów) i obejmują wszelkie wymagane w trakcie przeglądów wymiany części oraz elementów zużywalnych, które wchodzi w skład danego przeglądu i są wymagane dla zachowania bieżącej sprawności sprzętu, w tym sugerowane przez producenta urządzenia do wymiany w trakcie danych przeglądów.

**Pytanie nr 11** – do części nr 2 zamówienia

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o podanie numeru seryjnego poniższego sprzętu, wchodzącego w skład części nr 2:

|     |            |            |            |
|-----|------------|------------|------------|
| 18. | Aparat USG | BK Spectro | BK Medical |
|-----|------------|------------|------------|

**Odpowiedź:** Numer seryjny aparatu USG: 5014629, rok produkcji 2020.

**Pytanie nr 12** – do części nr 2 zamówienia

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 2, aparatu USG producenta BK Medical, znajdującego się pod pozycją nr 18, do odrębnego pakietu, zgodnie z poniższym zestawieniem:

|     |            |            |            |
|-----|------------|------------|------------|
| 18. | Aparat USG | BK Spectro | BK Medical |
|-----|------------|------------|------------|

Uzasadnienie: Powyższe urządzenie należy do marki BK Medical i wymaga wyspecjalizowanych umiejętności do przeprowadzenia przeglądu i serwisu, aniżeli pozostałe urządzenia zawarte w tym pakiecie. Utworzenie odrębnego pakietu dla urządzeń marki BK Medical pozwoliłoby na profesjonalne zrealizowanie zakresu zamówienia. Z uwagi na autoryzację naszego serwisu, jako jedyni posiadamy dostęp do aktualnych kodów serwisowych, not serwisowych, a pracownicy naszego serwisu są odpowiednio przeszkoleni i posiadają niezbędne kwalifikacje, dlatego też zgłaszamy naszą prośbę o wyłączenie w/w aparatu do odrębnego zadania.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 2 pozycji nr 18 jako odrębnego zadania.

**Pytanie nr 13** – do części nr 6 i 7 zamówienia

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o podanie numeru seryjnego sprzętu, znajdującego się pod pozycją nr 7 w części 6 oraz pod pozycją nr 3-5 w części 7.

|    |                            |           |        |
|----|----------------------------|-----------|--------|
|    | Część 6                    |           |        |
| 7. | Wideoprocesor              | EPK 3000  | PENTAX |
|    | Część nr 7                 |           |        |
| 3. | Bronchofiberoskop Optyczny | EB-18V    | PENTAX |
| 4. | Video Bronchofibersokop    | EB-19-J10 | PENTAX |
| 5. | Video Bronchoskop          | EB19-J10  | PENTAX |

**Odpowiedź:** Numery seryjne aparatów:

- 1) Wideoprocesor EPK 3000 PENTAX: B021037;
- 2) Bronchofiberoskop Optyczny: N110181
- 3) Video Bronchofibersokop: N120797
- 4) Video Bronchoskop: N120834.

**Pytanie nr 14** – do części nr 6 i 7 zamówienia

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie sprzętu znajdującego się na w części nr 6 – poz. 7 i części nr 7 – poz. 3-5, należących do marki PENTAX, do odrębnego pakietu, zgodnie z poniższym:

|    |                            |           |        |
|----|----------------------------|-----------|--------|
|    | Część 6                    |           |        |
| 7. | Wideoprocetor              | EPK 3000  | PENTAX |
|    | Część nr 7                 |           |        |
| 3. | Bronchofiberoskop Optyczny | EB-18V    | PENTAX |
| 4. | Video Bronchofibersokop    | EB-19-J10 | PENTAX |
| 5. | Video Bronchoskop          | EB19-J10  | PENTAX |

Uzasadnienie: Powyższe urządzenia należą do marki PENTAX i wymagają wyspecjalizowanych umiejętności do przeprowadzenia przeglądu i serwisu, aniżeli pozostałe urządzenia zawarte w tym pakiecie. Utworzenie odrębnego pakietu dla urządzeń marki PENTAX pozwoliłoby na profesjonalne zrealizowanie zakresu zamówienia. Z uwagi na autoryzację naszego serwisu, jako jedyni posiadamy dostęp do aktualnych kodów serwisowych, not serwisowych, a pracownicy naszego serwisu są odpowiednio przeszkoleni i posiadają niezbędne kwalifikacje, dlatego też zgłaszamy naszą prośbę o wyłączenie w/w aparatów do odrębnych zadań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 6 pozycji nr 7 jako odrębnego zadania. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 7 pozycji nr 3-5 jako odrębnego zadania.

**Pytanie nr 15** – do części nr 4 zamówienia

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – Części 4

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyodrębnienie z powyższego części poniżej aparatury w celu złożenia konkurencyjnej oferty dla Zamawiającemu na poniższą aparaturę z tej części.

| Lp. | Nazwa urządzenia / aparatu | Typ / model  | Ilość / Sztuk |
|-----|----------------------------|--------------|---------------|
| 15. | AEESPIRE 700               | DATEX OHMEDA | 5             |

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 4 pozycji nr 15 jako odrębnego zadania.

**Pytanie nr 16** – do części nr 1 zamówienia

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – Części 1

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyodrębnienie z powyższego części poniżej aparatury w celu złożenia konkurencyjnej oferty dla Zamawiającemu na poniższą aparaturę z tej części.

| Lp. | Nazwa urządzenia / aparatu | Typ / model     | Ilość / Sztuk |
|-----|----------------------------|-----------------|---------------|
| 6.  | Kardiomonitor              | EDAN M8         | 11            |
| 9.  | Kardiomonitor              | VIRGO           | 8             |
| 13. | Kardiomonitor              | S/5             | 1             |
| 14. | Kardiomonitor              | B450            | 2             |
| 27. | Kardiomonitor              | Compact         | 1             |
| 29. | Kardiomonitor              | Carescape       | 1             |
| 70. | Pompa infuzyjna            | SP 12 S - Litwa | 10            |

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 1 pozycji nr 6, 9, 13, 14, 27, 29 oraz 70 jako odrębnego zadania.

**Pytanie nr 17**

*„Dotyczy części nr 1, 4*

*Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem czy będzie wymagał od każdego Wykonawcy, który złoży ofertę do powyższego zamówienia, aktualnych certyfikatów szkoleń w siedzibie producenta z zakresu serwisu dla danej aparatury medycznej w danym pakiecie? Wykonawca prosi o pozytywną odpowiedź w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa mając na celu przede wszystkim dobro pacjentów.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 18**

*„Dotyczy części nr 1, 4*

*Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem czy będzie wymagał od każdego Wykonawcy, który złoży ofertę do powyższego zamówienia, listy symulatorów oraz aktualnych certyfikatów kalibracji tych symulatorów niezbędnych do wykonania przeglądu dla danej aparatury medycznej w powyższym pakiecie? Wykonawca prosi o pozytywną odpowiedź w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa mając na celu przede wszystkim dobro pacjentów.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Chełmie  
lek. Lech Litwin /-/**