

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: dostawa materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych.

Numer referencyjny: materace/475/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dot. Załącznik nr 4 . Materace przeciwoleżynowe zmiennociśnieniowe dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów- 25 szt. :

Pytanie nr 1

Ad. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca, w przypadku którego funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana jest z panelu sterującego, co stanowi wygodniejszy sposób obsługi wymienionych funkcji, w stosunku do wymaganego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Ad 8. Czy Zamawiający dopuści inny układ komór od opisanego tj. 20-22 komór, w tym 2 podpórki boczne? Takie rozwiązanie zapewnia właściwą terapię przeciwoleżynową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza układ 20-22 komór ale wymaga także 4-6 komór podnoszących.

Pytanie nr 3

Ad 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania dla systemu owiewu powietrzem ciała pacjenta, który opiera się na mikrootworach w komorach materaca.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 3

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Ad. 13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy materaca o wymiarach: 34.1 x 16.5 x 26.0 cm oraz wadze 4,5 kg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 4

Zamawiający wymaga lekkiej pompy do 3,5 kg wagi, natomiast proponowane wymiary są dopuszczalne.

Pytanie nr 5

Ad. 19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca z limitem wagi pacjenta wynoszącym 180 kg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 5

Nie. Zamawiający wymaga nośności min. 200 kg.

Dot. Załącznik nr 4 . Materac przeciwoślizgowy zmiennociśnieniowy-25 szt. :

Pytanie nr 6

Ad. 4. Prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 21 poprzecznych poliuretanowych komór.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 6

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Ad. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca o wysokości 13 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 7

Nie. Zamawiający wymaga tutaj materaca o niższym profilu.

Pytanie nr 8

Ad. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania dla systemu owiewu powietrzem ciała pacjenta, który opiera się na mikrootworach w komorach materaca.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 8

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Ad. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy materaca o wymiarach: 34.1 x 16.5 x 26.0 cm oraz wadze 4,5 kg.

Ad.9

Zamawiający wymaga lekkiej pompy - proponowana pompa jest o 1,7 kg cięższa od oczekiwanej wagi co jest zbyt dużą różnicą. Proponowane wymiary są dopuszczalne.

Zamawiający