

Bytom dnia: 2021-07-16

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 16

Pakiet nr 115 - KASETKI HISTOPATOLOGICZNE 1. Proszę o dopuszczenie w pakiecie 115 poz. 1 kasetek z otworami kwadratowymi z łamanym wieczkiem, pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Proszę o dopuszczenie w pakiecie 115 poz. 2 kasetek z pojedynczą komorą z łamanym wieczkiem, pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu komisji przetargowej Zamawiającego

Referent
ds. Zamówień Publicznych

inż. Małgorzata Jasiniak