



Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu

ul. Adama Wrzosa 1, 60-663 Poznań

ePUAP: /SZOZ_Poznan/skrytkaESP

ING Bank Śląski S.A. Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 6162000

e-mail: kancelaria@szoz.pl

www.szoz.pl

NIP: 778-11-28-565

REGON: 630863147

Poznań, 09.07.2024 r.

ADZP-381-60/24

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SWZ oraz zawiadomienie o zmianie SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji w przedmiocie: „**Zakup narzędzi chirurgicznych, elektrochirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzosa 1 oraz dla Szpitala przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu**” – znak sprawy **ADZP-381-60/24**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Część nr 4

Niniejszym, mając na względzie zachowanie konkurencyjności i podniesienie jakości składanych ofert – z niekwestionowaną korzyścią dla Zamawiającego - zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie Wideolaryngoskopu nosowo-gardłowego światowego czołowego producenta firmy KARL STORZ o innych, niż wstępnie wyspecyfikowane w załączniku nr 2d do SWZ Wideolaryngoskop nosowo-gardłowy części nr 4, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną:

Prosimy o dopuszczenie poniższego rozwiązania :

Wideolaryngoskop nosowo-gardłowy – 1 zestaw
Giętki wideorhinolaryngoskop ze zintegrowanym przetwornikiem CMOS oraz ze zintegrowanym oświetleniem LED
Długość robocza 30 cm
Brak kanału roboczego
Pole widzenia 100°
Średnica końcówki dystalnej 2,9 mm
Ergonomiczna rękojeść giętkiego widerhinolaryngoskopu wyposażona w 3 przyciski do uruchamiania balansu bieli, zapisu zdjęcia, start/stop zapisu wideo w przenośnym monitorze
Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej : 140° - do góry, 140° - do dołu
1 metalowa kuweta do dezynfekcji endoskopu z rozkręcanym dnem w celu poprawnego wyczyszczenia - kompatybilna z oferowanym wideolaryngoskopem

Przenośny monitor/procesor do podłączania giętkiego wideorhinolaryngoskopu - 1 szt.
Przenośny monitor do podłączania giętkiego wideorhinolaryngoskopu
Obsługa monitora poprzez kolorowy ekran dotykowy HD
Ekran dotykowy o przekątnej 8"
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli
Monitor wyposażony w gniazdo karty pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu badania w po-staci zdjęć i filmu wideo
Funkcja przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów wideo bezpośrednio na monitorze
Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator Li-Ion jak również z sieci 230 V / 50 Hz, zasi-lacz sieciowy w zestawie
Stojak jezdny pod oferowany monitor – 1 szt.
Monitor/procesor umożliwia alternatywne podłączenie kamery medycznej kompatybilnej z endo-skopami sztywnymi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 2: Część nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, w szczególności: część nr 3 poz.13 plastikowa tuleja ochrona do sterylizacji i przechowywania elektrod długich, która nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkwowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkwowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób nie-medyczny)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

PYTANIE nr 3: Część nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, w szczególności: część nr 4 adapter do zestawu do przechowywania giętkiego endoskopu, które wraz z zestawem do moczenia giętkiego endoskopu które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkwowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkwowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

PYTANIE nr 4: Część nr 3 i 4

Dotyczy Części 3 i 4 Załącznik nr 2c i 2d do SWZ Formularz cenowy – arkusz parametrów technicznych - Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego do 5 lat od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę i dokonuje stosownej zmiany.

PYTANIE nr 5: Część nr 3 i 4

Dotyczy Części 3 i 4 Załącznik nr 2c i 2d do SWZ Formularz cenowy– arkusz parametrów technicznych, wzór umowy §5 ust.5. 2) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie usterki, naprawy urządzenia do 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności prowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę i dokonuje stosownej zmiany.

PYTANIE nr 6: Część nr 3 i 4

Dotyczy Części 3 i 4 - Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika lub naturalnego zużycia.

Odpowiedź: Tak, nie obejmuje.

PYTANIE nr 7: Część nr 3 i 4

Dotyczy Części 3 i 4 - Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) i jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Producent, wykonawca lub sprzedający określa jakie elementy czy materiały danego urządzenia są materiałami eksploatacyjnym. W karcie gwarancyjnej powinno być jasno określone i wskazane na jakie akcesoria, części i materiałów eksploatacyjnych, elementów zużywalnych i jednorazowego użytku nie jest udzielana pełna gwarancja lub przedłużenie gwarancji.

PYTANIE nr 8: Część nr 3 i 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zwolnienia Wykonawcy z kar umownych za zwłokę w podejmowaniu napraw gwarancyjnych w przypadku przekroczenia określonych terminów w umowie, pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiany dla części 3 i 4?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści § 7 ust. 1 b) dla części nr 1-4 i nadaje mu brzmienie:

b) w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu Umowy brutto którego dotyczy zwłoka w podejmowaniu napraw objętych gwarancją za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt. 2 Umowy. Ewentualne kary umowne nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany.

PYTANIE nr 9: Dotyczy załącznika 2b do SWZ - Formularz cenowy – arkusz parametrów - technicznych – część II pkt. 7

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z głowicą oprogramowania robotycznego umożliwiającego podłączenie głowicy do aparatu bk5000, będącego na wyposażeniu Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 10: Dotyczy załącznika 2b do SWZ - Formularz cenowy – arkusz parametrów - technicznych – część III pkt. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki do 7 dni roboczych od momentu dostarczenia do serwisu?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyrazi zgodę i dokonuje stosownej zmiany.

PYTANIE nr 11: Dotyczy załącznika 2b do SWZ - Formularz cenowy – arkusz parametrów - technicznych – część III pkt. 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie punktu 2 o następujący zapis „[...] od momentu dostarczenia do serwisu/zdiagnozowania usterki”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

PYTANIE nr 12: Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy § 7

Zwracamy się z prośbą o ujęcie dodatkowego ustępu (5) do § 7 o poniższym brzmieniu:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

Odpowiedź: Zmianę uwzględnia pytanie nr 8.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku z otrzymaną dotacją zmienia zapis dotyczący finansowania zakupu sprzętu medycznego oraz dodaje logotypy na dokumentach zamówienia, następujące dokumenty zostały zmienione:

SWZ

Załącznik 1 do SWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SWZ - Część nr 1

Załącznik nr 2b do SWZ - Część nr 2

Załącznik nr 2c do SWZ - Część nr 3

Załącznik nr 2d do SWZ - Część nr 4

Załącznik 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1

Załącznik 4 do SWZ – PPU;

Wszystkie zmiany treści wskazanych wyżej dokumentów zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zmienione dokumenty otrzymały nazwy:

ZMIANA_SWZ

ZMIANA_Załącznik 1 do SWZ – formularz ofertowy

ZMIANA_Załącznik nr 2a do SWZ - Część nr 1

ZMIANA_Załącznik nr 2b do SWZ - Część nr 2

ZMIANA_Załącznik nr 2c do SWZ - Część nr 3

ZMIANA_Załącznik nr 2d do SWZ - Część nr 4

ZMIANA_Załącznik 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1

ZMIANA_Załącznik 4 do SWZ – PPU;

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

/ - / Marek Dakowski

*Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke tel. +48 61 61 62 753
e-mail: karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl, zampub@szoz.pl*