

Bytom dnia: 2021-08-06

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 22

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku odmowy realizacji dostawy lub jej części Wykonawca w terminie do 24 (dwadzieścia cztery) godzin od otrzymania zamówienia, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego faksem lub e-mailem. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu wraz z dostawą u innego Dostawcy obciążając Wykonawcę różnicą ceny wynikającą z zakupu u tego Dostawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Terminy są wskazane w umowie. Zamawiający leczy pacjentów, nie może zwlekać z dostawą podstawowego sprzętu medycznego.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu umowy bądź odniesienia się, faxem lub e-mailem, do wniesionych zastrzeżeń w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zapis tożsamy z projektem umowy.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości przedmiotu umowy, niż ilość określona w załączniku/ach do umowy, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pytanie tożsame z projektem umowy.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy w wysokości 0,5% (słownie: pół procenta) za niezrealizowaną część dostawy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pytanie tożsame z projektem umowy.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nieusunięcia wad w przedmiocie realizacji umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% (słownie: pół procenta) wartości brutto danego zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki od upływu tego terminu licząc osobno od każdego zgłoszenia wady.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od jej zgłoszenia. Reklamacja może zostać złożona faxem lub mailem. Nierozpoznanie reklamacji we wskazanym wyżej terminie traktowane jest jako uznanie reklamacji przez Wykonawcę.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca w czasie 2 dni roboczych od uznania reklamacji jest zobowiązany do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zwłoki w realizacji dostawy lub realizacji reklamacji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Uprawnienie Zamawiający może zrealizować w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia upływu terminu dostawy lub realizacji reklamacji.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 29.

Czy Zamawiający posiada kabel przyłączeniowy na wtyk typu okrągłego czy płaskiego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

zamawiający informuje, iż w trakcie trwania postępowania nastąpiła wymiana aparatury na Atom med. z końcówką okrągło-splaszczoną. Zamawiający zamieszcza zdjęcie końcówki do wglądu.



Pytanie 12

Dotyczy pakietu nr 127

Czy Zamawiający dopuści pętle o śr. 10, 15, 25, 35 mm, o zbliżonej grubości drutu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego