

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 7/7PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 22

1. Dotyczy SWZ, rozdział 5, punkt 5.2 i 5.3, załącznika nr 3, projekt umowy, §3, punkt nr 4 dla pakietu r 21 oraz załącznik nr 5, opis parametrów granicznych, pakiet 21, tabela, część nr II tabeli, punkt nr 14 i 15.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy do laboratorium odbywały się zgodnie z rocznym harmonogramem (13 dostaw w roku) z uwagi na specyfikę dostarczanych odczynników, których data ważności wynosi 4-5 tygodni (krwinki kontrolne i zestawy do codziennej wewnętrznej kontroli jakości), natomiast zamówienia składane w trybie CITO realizowane będą realizowane maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy SWZ oraz załącznika nr 1, formularz ofertowy i załącznika nr 3, projekt umowy.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów dotyczących zapłaty za

dostarczony towar. W SWZ Zamawiający podaje 30 dni a w w załączniku nr 1i nr 3- 35 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby zapłata za dostarczony towar była płatna zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 3 – 35 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT do Zamawiającego.

3. Dotyczy załącznika nr 3, projekt umowy, §2, punkt nr 7 dla pakietu nr 21.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania Przedmiotu Dostawy posiadającego na opakowaniach oznaczenia fabryczne w języku angielskim, natomiast instrukcja użytkowania jest w języku polskim co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dotyczy załącznika nr 3, projekt umowy, §2, punkt nr 8 dla pakietu nr 21.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mikrokart pakowanych po maksymalnie 50 sztuk z terminem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium, krwinek wzorcowych i zestawów do codziennej wewnętrznej kontroli jakości z terminem ważności minimum 4 tygodnie od daty dostawy do laboratorium i preparatu do dekontaminacji analizatora z terminem ważności 2 miesiące od daty dostawy do laboratorium.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dotyczy zmodyfikowanego załącznika nr 4- formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 21.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „ilość na 36 miesięcy” ma na myśli ilość opakowań na 36 miesięcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje iż formularzu asortymentowo-cenowym w pozycji 6 podać ilość opakowań na 36 miesięcy.

6. Dotyczy zmodyfikowanego załącznika nr 4- formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 21.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „cena jednostkowa netto” ma na myśli cenę jednostkową netto za opakowanie. Na fakturach będzie podana cena za opakowanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający ma na myśli cenę jednostkowa netto za opakowanie.

7. Dotyczy załącznika nr 5 , opis parametrów granicznych, pakiet 21, punkt 25, zestaw back-up.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania statywu roboczego o pojemności 16 kart. Z założenia całą pracę ma wykonywać analizator główny, więc nie ma potrzeby statywu roboczego na aż 45-50 kart.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Dotyczy załącznika nr 5 , opis parametrów granicznych, pakiet 21, część nr V tabeli, parametry oceniane.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w związku z tym, że jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z SWZ jest cena to parametry wymienione w załączniku nr 5 w części V tabeli, opisane jako parametry oceniane są bezwzględnie wymaganymi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

9. Dotyczy SWZ, rozdział 2, punkt 2.3 oraz rozdział 8, pkt 8.1.4.4.1, załącznika nr 3, projekt umowy, §2, punkt nr 5

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wymóg posiadania zaświadczeń/deklaracji dotyczy tylko tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Dotyczy nr 3, projekt umowy, §2, punkt nr 2

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga aby cały przedmiot zamówienia był wyrobem medycznym oraz dopuszcza inne wyroby np. wyroby ogólnolaboratoryjne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych i Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Wojciech Wieczorek