

Bytom dnia: 2019-04-03

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet nr 115

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 0,6 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 117

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy cewnika 7,5Fr.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy cewnika 7,5Fr, szerokość rozwarcia klipsa 15 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie koszyka wielkości 2-3 cm, długość narzędzia 215 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie prowadnic o długości 300 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 120 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 136

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm i 32 mm, drutu plecionego o grubości 0,33 mm, długość narzędzia 240 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

