

Bytom dnia: 2025-01-28

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 22

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 30 pozycja 3 wymaga, aby stapler liniowy poprzeczny w rozmiarze 60 mm dostępny był również w wersji z nożem o długości linii szwu 59 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 68 pozycja 1 wymaga staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm oraz wysokości otwartej zszywki 4,5 mm (zamkniętej wysokości zszywki 2,0 mm) oraz o wysokości otwartej zszywki 3,8 mm (zamkniętej wysokości zszywki 1,5 mm) do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, nóż zintegrowany ze staplerem, stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej, dzięki czemu możliwe jest repozycjonowanie staplera na tkankach jedną ręką, wyposażony w ogranicznik tkanki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 68 pozycja 2 wymaga staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm oraz wysokości otwartej zszywki 4,5 mm (zamkniętej wysokości zszywki 2,0 mm) oraz o wysokości otwartej zszywki 4,0 mm (zamkniętej wysokości zszywki 1,75 mm) oraz o wysokości

otwartej zszywki 3,8 mm (zamkniętej wysokości zszywki 1,5 mm) do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, nóż zintegrowany ze staplerem, stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej, dzięki czemu możliwe jest repozycjonowanie staplera na tkankach jedną ręką, wyposażony w ogranicznik tkanki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 69 w pozycji 1 dopuści stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0-2,0mm, rozmiary staplera: 21,25, 28 i 32mm, wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 to 4,5 mm, dla pozostałych rozmiarów 5,0mm, Staplery dostępne w wersji długiej – endoskopowej (długość 520mm), dodatkowo stapler 25mm dostępny w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem, a staplery 28 i 32 mm dostępne w wersji krótkiej prostej (dł. 350 mm), wszystkie staplery pokryte powłoką antyrefleksyjną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 69 w pozycji 2 dopuści jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długości linii szwu 39 i 59 mm, jednostrzałowy, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 69 w pozycji 3 dopuści zamiast ładunku, jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długości linii szwu 39 i 59 mm, jednostrzałowy, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 72 w pozycji 1 dopuści stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0-2,0mm, rozmiary staplera: 21,25, 28 i 32mm, wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 to 4,5 mm, dla pozostałych rozmiarów 5,0mm, Staplery dostępne w wersji długiej – endoskopowej (długość 520mm), dodatkowo stapler 25mm dostępny w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem, a staplery 28 i 32 mm dostępne w wersji krótkiej prostej (dł. 350 mm), bez ostrza obrotowego, wszystkie staplery pokryte powłoką antyrefleksyjną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Wojciech Wiczonek