



Olecko dnia 2025-01-13

39/TP/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 39/TP/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: " Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz dostosowanie infrastruktury medycznej, technicznej i logistycznej do prowadzenia Oddziału Geriatrii "

Olmedica w Olecku Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uczestnik nr 1

Pytanie 1 – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów chłodziarki do leków z: Wymiary urządzenia: 627x656x1860mm (± 5 mm) (szer. x gł. x wys. mm) na wymiary 620 x 655 x 1860 mm (szer. x gł. x wys. mm) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów myjki do kaczek i basenów z: Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej aby zgodnie z normą PN EN 15883-3 lub równoważną pomiar był dokonany w miejscu reprezentatywnym dla najniższej temperatury wsadu na Czujnik temperatury PT1000 w komorze myjącej, System 14 dysz strumieniowych w tym 7 rotacyjnych i centralna obrotowa dysza myjąca wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego na 14 dysz strumieniowych: 6 stałych i 8 rotacyjnych, Wymiary zewnętrzne (+/- 10%) Szerokość : 460 mm. głębokość : 500 mm. wysokość : 1600 mm na Szerokość: 450mm Głębokość: 500mm Wysokość: 1500mm; Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. 50 dB na 54dB ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W przypadku, w którym Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itp.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o. o.

/-/mgr Katarzyna Mróz