



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

Załącznik A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 4 – Fotele i krzesła do badań specjalistycznych, 2szt.

LP	Parametr wymagany	Wartość graniczna	Parametr oferowany
1.	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
2.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	Podać	
3.	Fotel ginekologiczno – urologiczny osadzony na jednej elektromechanicznej regulowanej kolumnie – 2 szt.	TAK	
4.	Fotel wyposażony w 4 siłowniki elektromechaniczne i programator pozycji zabiegowych.	TAK	
5.	Fotel czterosegmentowy(segment głowy, pleców, siedzenia oraz segment nożny wysuwany elektromechanicznie spod siedziska do pozycji leża.	TAK	
6.	Długość 4 segmentowej powierzchni roboczej fotela w pozycji leża min. 1900mm (+/- 100mm).	TAK	
7.	Szerokość powierzchni roboczej leża 650 700 (+/- 50mm)	TAK	
8.	Regulacja wysokości od 600 -900 (+/-50mm), elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego.	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

9.	Regulacja segmentu pleców 0- 80° elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego.	TAK	
10.	Regulacja segmentu siedzenia 0/ +30° elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego.	TAK	
11.	Regulacja segmentu nożnego elektromechaniczna – wysuwanie segmentu nożnego z położenia spod siedziska do pozycji leża uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego.	TAK	
12.	Regulacja segmentu głowy manualna +/- 30° uzyskiwana przy pomocy przycisku sprężyny gazowej za oparciem pleców.	TAK	
13.	Stół wyposażony w programator 3 pozycji zabiegowych, możliwość programowania oraz realizacji programów za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego.	TAK	
14.	Nośność min. 150kg	TAK	
15.	Fotel osadzony na mobilnej podstawie, koła wyposażone w indywidualne hamulce.	TAK	
16.	Para listew do montażu wyposażona na segmencie pleców - 1 para.	TAK	
17.	Para listew do montażu wyposażona na segmencie siedzenia - 1 para	TAK	
18.	Podręczki pacjenta z tworzywa sztucznego szybko demontowane z listew – 1 para.	TAK	
19.	W zestawie z fotelem: - Okrągła, uchylna miska ze stali nierdzewnej – 1 szt. - Uchwyt na podkład papierowy w rolce z możliwością przeprowadzenia na całej długości		



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	fotela		
20.	<ul style="list-style-type: none"> - schodek , pokryty obudowaną z tworzywa sztucznego w kolorze białym – 1 szt. - poliuretanowa podpórka infuzyjna ręki – 1 szt. - stojak na kroplówki ze stali nierdzewnej wysuwany teleskopowo - ramka – ekran anestezyjologiczny wykonany ze stali nierdzewnej - wysuwany teleskopowo z mocowaniem na listwę – 1 szt. 		
21.	Tapicerka segmentów fotela bezszwowa, łatwa w konserwacji i odporna na czyszczenie środkami dezynfekującymi stosowanych w warunkach szpitalnych. Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z pośród min. 8 kolorów.		
22.	Zasilenie sieciowe 230v, 50hz.		
<u>Warunki gwarancji i serwisu</u>			
23.	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK	
24.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.	TAK	
25.	Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10lat.		
<u>Dodatkowe</u>			
26.	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	
27.	Świadectwo CE	TAK	



Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

28.	Deklaracja zgodności	TAK	
29.	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
30.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
31.	Instrukcja serwisowa urządzenia	TAK	
32.	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze.	TAK	
33.	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby	TAK	

Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

Upelnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

.....

(podpis i pieczęć)

Data:.....

- **Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .**
- **Deklaracje, oświadczenia, foldery oraz katalogi należy dołączyć do oferty.**
- **Zamawiający wymaga dostawy złożonego sprzętu. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.**