



Olecko dnia 2024-10-29

32/TP/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 32/TP/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Szpitala Olmedica Sp. z o.o. w Olecku”

Olmedica w Olecku Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uczestnik nr 2

Pytanie nr 1

pytanie do pakietu nr 2 - Aparat do elektroterapii

Treść

Czy zamawiający dopuści aparat do elektroterapii o poniższych parametrach:

- 5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- dwa niezależne kanały zabiegowe
- test elektrod
- praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- baza wbudowanych programów zabiegowych - 71
- baza wbudowanych sekwencji zabiegowych - 44
- baza programów użytkownika - 50
- baza sekwencji użytkownika - 10
- programy ulubione
- encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- możliwość podłączenia urządzenia do terapii podciśnieniowej
- możliwość podłączenia akumulatora
- wymiary aparatu 25,0 x 27,0 x 16,5 cm
- masa aparatu max. 3 kg
- zasilanie, pobór mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A
- PRĄDY I METODY – interferencyjne izoplanarne – interferencyjne dynamiczne – interferencyjne jednokanałowe AMF – TENS symetryczny – TENS asymetryczny – TENS naprzemienny – TENS burst – TENS do terapii porażen spastycznych – Kotz’a (rosyjska stymulacja) – tonoliza – stymulacja Hufschmidta – diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM) – impulsowe prostokątne – impulsowe trójkątne – impulsowe UR wg Traberta (2 - 5) – impulsowe Leduca (1 - 9) – impulsowe neofaradyczne – unipolarne falujące – bipolarne falujące – galwaniczne – mikroprądy – prądy średniej częstotliwości MF – impulsy IG – prądy EMS – fale H – impulsy eksponencjalne WYPOSAŻENIE:



- przewód sieciowy 1szt.
- zasilacz impulsowy 1szt.
- kable pacjenta 2szt.
- elektrody do elektroterapii 6x6 cm 4szt.
- elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm 2szt.
- pokrowce wiskozowe do elektroterapii 8x8 cm 8szt.
- pokrowce wiskozowe do elektroterapii 10x10 cm 4szt.
- pas rzepowy 40x9 cm 2szt.
- pas rzepowy 100x9 cm 2szt.
- wózek jezdny producenta dedykowany do aparatu

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytania do SWZ zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.olmedica.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 32/TP/2024 z dnia 23/10/2024r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
"OLMEDICA" w Olecku Sp. z o.o.
mgr Katarzyna Mróz