

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Znak sprawy: sprzętmedyczny/277/2019

Siedlce dnia: 2019-08-19

**POWIADOMIENIE
o zmianach SIWZ**

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach".

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ - załącznik nr 4 minimalne wymagania techniczne, w następującym zakresie:

Zadanie nr 14 - DOSTAWA MYJKI DEZYNFEKTATORA NARZĘDZI I BASENÓW - 2 SZT.

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana / punktacja	Wypełnia oferent	
			Potwierdzenie wymagalności (tak/nie)	Uwagi
21.	Wysokość załadunku max. 80 cm	TAK, PODAĆ		

Zadanie nr 18 - DOSTAWA URZĄDZEŃ DO OGRZEWANIA PACJENTA- 6 SZT.

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana / punktacja	Wypełnia oferent	
			Potwierdzenie wymagalności (tak/nie)	Uwagi
7.	Masa urządzenia max. 7,5 kg 4,7kg	TAK, PODAĆ Powyżej 5 kg = 0 pkt Poniżej 5 kg = 10 pkt		

Zadanie nr 21 - DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana / punktacja	Wypełnia oferent	
			Potwierdzenie wymagalności (tak/nie)	Uwagi
34.	Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg	TAK, PODAĆ 2,5 kg = 0 pkt Poniżej 2,5 kg 3,5 kg = 10 pkt		

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcu
mgr Mirosław Łęskowicz