

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach**

Ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach** – znak sprawy **2/TP /2023**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach** działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**UCZESTNIK 1**

**Pytanie 1, Dot. Pakiet nr 23**

Czy Zamawiający wymaga, aby usługę przeglądu oraz naprawy aparatury opisanej w Pakiecie nr 23 – Maceratory producenta HAIGH ENGINEERING Ltd. były wykonane przez autoryzowany serwis producenta sprzętu? Zapewni to należyte wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami i standardami producenta HAIGH ENGINEERING Ltd.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**UCZESTNIK 2**

**Pytanie 1**

Czy umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym ma obowiązywać do końca 2026 roku, czy od daty podpisania przez 36 miesięcy?

**Odpowiedź: Umowa z Wykonawcą będzie obowiązywać od daty jej podpisania przez okres 36 miesięcy.**

**Pytanie 2. Załącznik nr 4 do SWZ pakiet 21.**

Czy Zamawiający prawidłowo określił ilość urządzeń, ilość przeglądów technicznych, które mają zostać objęte umową? Ilość urządzeń w tabelce z przeglądami technicznymi różni się od ilości urządzeń w tabelce z naprawami urządzeń i opisami technicznymi, a w przypadku przeglądów ich ilość dla pozycji 1a-1d wynosi 3, a dla pozycji 1e i 1f wynosi 2.

**Odpowiedź: Nastąpiła pomyłka: liczba przeglądów dla pozycji 1e i 1f wynosi 3. Jednocześnie zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SWZ w zakresie części 21.**

**UCZESTNIK 3**

**Pytania do pakietu 25**

**Pytanie 1**

Zgodnie z wymogami producenta, przegląd lamp bakteriobójczych powinien odbywać się raz na 3 lata lub co 8000 godzin, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. W związku z tym prosimy o odpowiedź: Czy Zamawiający będzie wymagał dla każdego urządzenia: jednego przeglądu co trzy lata lub co 8000 godzin- tak jak wymaga producent?

**Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagać jednego przeglądu co 3 lata lub co 8000 godzin.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.paliatywna-suwalki.pl](http://www.paliatywna-suwalki.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia zmian wynikających z odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 2/TP/2023 z dnia 17/06/2023r.

Z poważaniem

**Irena Mickiewicz**

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach