

EP.26.9.2025

Warszawa, dnia 20/02/2025r.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ.

Dotyczy: postępowania na „**Zakup i dostawę sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopii**” – sprawa nr EP/05/2025/MK.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup i dostawę sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopii**” – sprawa nr EP/05/2025/MK, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie 1. – Dotyczy Załącznika nr 2 A do SWZ – Zadanie nr 1

Dot. pkt 6: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o długości roboczej 1050mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2. – Dotyczy Załącznika nr 2 A do SWZ – Zadanie nr 1

Dot. pkt 7: Celem zapewnienia lepszej orientacji w trakcie badania czy zamawiający wymaga by zaoferowany endoskop umożliwiał kąty wychylenia końcówki: W górę/dół: 210°/ 120° oraz prawo/lewo: 120°/120°?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3. – Dotyczy Załącznika nr 2 A do SWZ – Zadanie nr 1

Celem zapewnienia pacjentom oraz personelowi medycznemu urządzenia o najwyższej jakości obrazu, Czy Zamawiający wymaga by dostarczona aparatura była kompatybilna z technologią obrazu 4k UHD o rozdzielczości 3840x2160?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4. – Dotyczy Załącznika nr 2 A do SWZ – Zadanie nr 1

Dot. pkt 13: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nowego toru wizyjnego (procesora obrazu) w technologii 4k UHD kompatybilnego z zaoferowanym Videogastroskopem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5. – Dotyczy Załącznika nr 2 A do SWZ – Zadanie nr 1

Dot. pkt 13 - Czy w przypadku zgodny na zaoferowanie nowego toru wizyjnego Zamawiający potwierdza przyznanie maksymalnej liczby punktów w kryterium kompatybilności?

Odpowiedź: Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów za dostarczenie aparatu kompatybilnego z procesorem obrazu będącym na wyposażeniu pracowni EPX-6000

Pytanie 6. – Dotyczy Załącznika nr 2 B do SWZ – Zadanie nr 2

Dot. pkt 3: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o średnicy wzornika 12,8mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7. – Dotyczy Załącznika nr 2 B do SWZ – Zadanie nr 2

Dot. pkt 4: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o średnicy końca dystalnego 13,2 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 8. – Dotyczy Załącznika nr 2 B do SWZ – Zadanie nr 2

Dot. pkt 7: Celem zapewnienia lepszej orientacji w trakcie badania czy Zamawiający wymaga by zaoferowany endoskop umożliwiał kąty wychylenia końcówki: W górę/dół: 210°/ 180° oraz prawo/lewo: 160°/160°?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 9. – Dotyczy Załącznika nr 2 B do SWZ – Zadanie nr 2

Celem zapewnienia pacjentom oraz personelowi medycznemu urządzenia o najwyższej jakości obrazu, Czy Zamawiający wymaga by dostarczona aparatura była kompatybilna z technologią obrazu 4k UHD o rozdzielczości 3840x2160?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10. – Dotyczy Załącznika nr 2 B do SWZ – Zadanie nr 2

Dot. pkt 16: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nowego toru wizyjnego (procesora obrazu) w technologii 4k UHD kompatybilnego z zaoferowanym Videokolonoskopem ? (Jednej szt. również dla zad. 1).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11. – Dotyczy Załącznika nr 2 B do SWZ – Zadanie nr 2

Dot. pkt 16: Czy w przypadku zgodny na zaoferowanie nowego toru wizyjnego Zamawiający potwierdza przyznanie maksymalnej liczby punktów w kryterium kompatybilności?

Odpowiedź: Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów za dostarczenie aparatu kompatybilnego z procesorem obrazu i EP-6000.

Pytanie 12. – Dotyczy Załącznika nr 2 C do SWZ – Zadanie nr 3

Dot. pkt 5: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia realizującego automatycznie: mycie wstępne, mycie z użyciem detergentu, mycie zasadnicze, dezynfekcję chemiczną, płukanie, alkohol, suszenie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13. – Dotyczy Załącznika nr 2 C do SWZ – Zadanie nr 3

Dot. pkt 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o możliwości zapisania 15 programów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14. – Dotyczy Załącznika nr 2 C do SWZ – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby myjnia była wyposażona w 4 kółka z blokadą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 15. – Dotyczy Załącznika nr 2 C do SWZ – Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie spełniało normy EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-4?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 16. – Dotyczy Załącznika nr 2 C do SWZ – Zadanie nr 3

Dot. pkt 10: Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 17. – Dotyczy Załącznika nr 2 C do SWZ – Zadanie nr 3

Dot. pkt 20: Czy Zamawiający dopuszcza by zaoferowane urządzenie było wyposażone w jeden główny port z 4 przyłączami adapterów kanałów endoskopów umiejscowionych w komorze wewnętrznej wanny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 18. – Dotyczy Załącznika nr 2 C do SWZ – Zadanie nr 3

Dot. pkt 21: Czy Zamawiający dopuszcza by zaoferowane urządzenie miało możliwość awaryjnego zlania płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 19. – Dotyczy Załącznika nr 2 C do SWZ – Zadanie nr 3

Dot. pkt 26: Czy Zamawiający dopuszcza by zaoferowane urządzenie posiadało jedną lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 20. – Dotyczy Załącznika nr 2 C do SWZ – Zadanie nr 3

Dot. pkt 28: Czy Zamawiający dopuszcza by zaoferowane urządzenie miało możliwość ręcznego wstrzymania cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 21. – Dotyczy Załącznika nr 2 C do SWZ – Zadanie nr 3

Dot. pkt 31: Czy Zamawiający dopuszcza zapis: „Informacja o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 22. – Dotyczy Załącznika nr 2 C do SWZ – Zadanie nr 3

Dot. pkt 36: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach szer. 445, gł. 735, wys. 1005 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 23. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 1: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę punktacji (pkt.1) tak by maksymalną ilość punktów otrzymało urządzenie o możliwości przechowywania 8 endoskopów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 24. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie umożliwiała przechowywanie endoskopów przez 7 dni bez konieczności ich ponownej dezynfekcji przez użyciem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 25. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 26. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było zgodne z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga urządzenia medycznego

Pytanie 27. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 14: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach szer. 1400mm, gł. 535mm, wys. 2200mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 28. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 4; 5; 7; 10; 11: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wykonane w innej technologii, posiadające filtry HEPA (po 2 w każdej komorze) o najwyższej klasie czystości filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 29. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Dot. pkt 4 9: Czy Zamawiający dopuszcza by szafa była wyposażona w wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym obiegiem powietrza i osuszaniem?

Odpowiedź: Tak z regulowanym czasem suszenia.

Pytanie 30. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 6 pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas naprawy liczony był od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 31. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „W razie uchybienia w/w terminowi przystąpienia do naprawy urządzeń, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi autoryzowanemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 32. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji do 5 dni roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 33. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 34. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 35. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 4a, 4b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 36. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy

Dotyczy zapisów umowy § 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 7 ustępu o poniższej treści: „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych.” ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 7 dodając ust. 12 o następującej treści „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych licząc od daty dostarczenia urządzenia zastępczego, przy czym urządzenie zastępcze musi być o parametrach nie gorszych niż urządzenie stanowiące przedmiot umowy”.

Pytanie 37. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4, parametr 4

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, tj. urządzenia wyposażonego w czytnik kodów kresowych z własnym systemem kodowania oraz wbudowaną drukarką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 38. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4, parametr 5

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, tj. urządzenia wyposażonego w czytnik kodów kresowych do identyfikacji endoskopu i operatora umieszczona na panelu czołowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4, parametr 11

Prosimy o dopuszczenie szafy posiadającej porty RS232 oraz ETHERNET RJ45 z opcjonalną możliwością przesyłania danych na PC w czasie rzeczywistym za pomocą dodatkowego oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 40. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4, parametr 14

Prosimy o dopuszczenie szafy niewymagającej zastosowania dodatkowej maty ociekowej. Dno szafy oczyszczane jest bez wpływu na przechowywane endoskopy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4, parametr 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafy wyposażonej w 4 nogi. Urządzenie takie jak szafa endoskopowa nie jest urządzeniem mobilnym i po zainstalowaniu, podłączeniu mediów z reguły nie zmienia miejsca użytkowania. W przypadku konieczności producent dopuszcza zmianę lokalizacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 42. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4, parametr 23

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafy, której wysokość wynosi 2074 mm, pozostałe parametry bez zmian. Konstrukcja urządzenia, które proponujemy jest wyposażona w wieszaki umożliwiające powieszenie endoskopu w pozycji pionowej, w tym najdłuższych kolonoskopów, bez ryzyka dotknięcia części endoskopu dna szafy, a ponadto wieszaki są składane pod kątem 90°, umożliwiające załadunek i rozładunek poza strefą przechowywania, na wysokości nie większej niż 160 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 43. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, by każde z przyłączy do endoskopu posiadało wbudowany filtr antybakteryjny, dzięki czemu przyłącza nie muszą być poddawane cotygodniowej dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 44. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy w przypadku braku zasilania, Zamawiający wymaga by szafa posiadała możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 1 godz., jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie suszenia lub 3 godz., jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie kondycjonowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 45. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt. 5.1.3 normy PN-EN 16442:2015 uchwyty na endoskopy w szafie były zaprojektowane tak, aby zapewnić, że wszystkie endoskopy wyspecyfikowane do przechowywania i/lub suszenia w szafie nie dotykały dna szafy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 46. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga by szafa posiadała uchwyty do podtrzymania ciężkich końcówek video?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 47. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało menu w j. polskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 48. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga szafy endoskopowej, która posiada potwierdzenie dla spełnienia wymagań obowiązującej normy PN-EN 16442:2015 lub równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 49. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt. 5.7.1 normy PN-EN 16442:2015 alarm w szafie sygnalizował wizualnie lub dźwiękowo, jeżeli drzwi są otwarte dłużej niż czas określony jako maksymalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 50. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby uchwyty w szafie były tak skonstruowane, żeby umożliwiły odwieszanie poza strefą przechowywania, tak żeby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia pozostałych przechowywanych endoskopów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 51. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało podświetlenie uchwytów LED informujące przez zmianę koloru o statusie przechowywania endoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 52. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga by szafa posiadała blokadę drzwi, która uniemożliwia otwarcie się szafy w przypadku spadków napięcia w instalacji elektrycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 53. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga by szafa posiadała pneumatyczną blokadę drzwi, która uniemożliwia samoistne otwarcie się szafy w przypadku chwilowego braku zasilania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 54. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w drukarkę z wydrukiem w j. polskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 55. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, by wewnątrz szafy znajdowały się koszyki do przechowywania zaworów endoskopów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie 56. – Dotyczy Załącznika nr 2 D do SWZ – Zadanie nr 4

Prosimy o podanie listy producentów, rodzajów i modeli endoskopów, które będą procesowane w urządzeniu w celu doboru i wyceny potrzebnych konektorów

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga spełnienia parametrów określonych w Załączniku nr 2 D (POPRAWIONY)

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Monika Kowalska