

Bytom dnia: 2024-07-01

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".

Numer referencyjny: 13/13PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu rotawirusa i adenowirusa o parametrach: Czulość powyżej 95 % swoistość powyżej 97 % w porównaniu do metody aglutenacji lateksowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza taki zakres czulości.

2. Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu Norowirusów o parametrach: Czulość 95,7% swoistość 91,7 % względem PCR?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:



Zamawiający dopuszcza taki zakres czułości.

3. Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygeny Giardia lamblia o parametrach: Czułość 95,1% swoistość 97,7 %?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza taki zakres światłości.

Zamawiający

