

Poznań, dnia 16.05.2025 r.

Dotyczy: **Zakup i dostawa pasków testowych, dzierżawa glukometrów i oprogramowania do monitorowania poziomu glikemii w zakresie badań POCT oraz dostawa innych odczynników i testów diagnostycznych.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DZP/74/2025**

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://skhs.eb2b.com.pl>

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Pytanie 1: Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego oznaczenie wykonuje się wyłącznie w surowicy? Czułość i swoistość testu wynosi 100%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 100 oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę z przeliczeniem liczby opakowań zaoferowanych dla uzyskania adekwatnej liczby testów tj. łącznie 12,5 tys testów.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 250 oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę z przeliczeniem liczby opakowań zaoferowanych dla uzyskania adekwatnej liczby testów tj. łącznie 12,5 tys testów.

Pytanie 4: Dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów)



URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odpowiedź: Zamawiający udostępni połączenia sieci lokalnej z dostępem przez internet do podanych serwerów po wskazanych portach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że w razie potrzeby instalacja 3 glukometrów odbędzie się w późniejszym terminie.

Pytanie 5: Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zgłaszania reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa), ale z uwagi na to, że Zamawiający posiada własny system do obsługi magazynu odczynników w tym generowania zamówień ten element proponowanej zmiany wymaga ustalenia po zawarciu umowy pomiędzy Stronami.

Pytanie 6: Dotyczy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Część VI. OPIS SPRZĘTU cd. - SERWIS, pkt 5

Czy Zamawiający zgodzi się usunąć ten punkt?

Uzasadnienie: W przypadku awarii wysyłane jest sprawne urządzenie, wadliwe zaś odbierane. Dodatkowo urządzenie jest bez przeglądowe- producent nie przewiduje dla produktu takiej procedury i nie jest ona wykonywana. Paszporty techniczne przy tych urządzeniach nie są potrzebne i nie występują

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Część VI OPIS SPRZĘTU cd. – SERWIS, pkt 5, Polegającą na Usunięciu punktu 5. Jednocześnie Zamawiający wprowadza modyfikację do wzoru umowy w §7A dodając ust. 9 o następującym brzmieniu: „Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia nie wymaga wykonywania przeglądów *dotyczy Pakietu nr 1”

Pytanie 7: Dotyczy wzoru umowy §7A ust. 1

par. 7A ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji urządzeń do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8: Dotyczy wzoru umowy §7A ust. 4

par. 7A ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie “Testy będą wykonane tylko w zakresie sprawdzenia poprawności działania aparatu i prawidłowości otrzymanego wyniku w ramach wynagrodzenia umownego”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Dotyczy wzoru umowy §7A ust. 7

par. 7A ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (email, strona internetowa)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10: Dotyczy wzoru umowy §7B ust. 5

par. 7B ust. 5 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11: Dotyczy wzoru umowy §7B ust. 7 i ust. 9 i ust. 11

par. 7B ust. 7 i ust. 9 i ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy dla Pakietu nr 1, jak niżej:

W § 7 B ust. 7 wykreśla słowo „bezpłatne” i słowo „bezpłatną” oraz zmienia treść pod względem gramatycznym, jak niżej:

7. W okresie dzierżawy Wykonawca przeprowadzi ~~bezpłatne~~ **przegląd** przedmiotu dzierżawy w ilości i w zakresie **zgodnym** z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z ~~bezpłatną~~ wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną i zaleceniami pogwarancyjnymi.

W § 7 B ust. 9 Zamawiający nie dokonuje zmiany.

W § 7 B ust. 11 Zamawiający wykreśla ust. 11.

Pytanie 12: Dotyczy wzoru umowy §7B ust. 8

par. 7B ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zrezygnować z wersji pisemnej instrukcji i pozostać przy formie elektronicznej tj. pliku przesyłanego w email lub udostępnionego na stronie internetowej? Rozwiązanie takie należy uznać za optymalniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, zapewniające Zamawiającemu bieżący i nieograniczony dostęp, zwłaszcza wobec postępującego procesu elektronizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13: Dotyczy wzoru umowy §7B ust. 9

par. 7B ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego postanowienia z projektowanego wzoru umowy? W niniejszym paragrafie ust. 11 również wskazuje na dostarczenie urządzenia zastępczego w przypadku czasu trwania naprawy ponad 5 dni roboczych.

W przypadku braku zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze".

Ponadto, w przypadku braku zgody, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieodpłatnego ” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 11 wykreśla ust. 11 w § 7 B projektu umowy.

Pytanie 14: Dotyczy wzoru umowy §7B ust. 11

par. 7B ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieodpłatnego ” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź udzielona na pytanie nr 11 i pytanie nr 13.

Pytanie 15: Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 3

par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowej faktury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16: Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 2

par. 10 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż wina w tym zakresie nie będzie badana. Sama przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy stanowi podstawę odpowiedzialności.

Pytanie 17: Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 8

par. 10 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia § 10 ust. 8 projektu umowy, jak niżej:

8. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pytanie 18: Dotyczy wzoru umowy §11 ust. 2

par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”?

Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia §11 ust. 2, jak niżej:

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym przed upływem okresu jej obowiązywania, po uprzednim dodatkowym wezwaniu do należytego wykonania przedmiotu umowy i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu, co najmniej 5 dni roboczych, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
 - a) co najmniej dwukrotnej zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w §4 ust. 2 Umowy,
 - b) co najmniej dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy z wadami, o których mowa w §7 ust. 3 Umowy.

Pytanie 19: Dotyczy zał. nr 5 Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia sformułowania: “Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy lub zlecenia dotyczącego dokonania naprawy, usunięcia usterki,

kontroli działania urzędu lub innych czynności serwisowych celem zapewnienia prawidłowego działania dzierżawionych urządzeń oraz współpracy z systemem informatycznym."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na to, iż zmodyfikował §3 i usunął ust. 3 o brzmieniu: „3. Strony zgodnie ustalają, iż dane osobowe, o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej, będą przekazywane w następujący sposób: *dane przekazywane będą przy użyciu poczty elektronicznej na wskazany poniżej adres e-mail podmiotu przetwarzającego*

..... *Dostęp do wskazanej poczty po stronie podmiotu przetwarzającego będą miały jedynie osoby upoważnione i przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych. Dane osobowe wyszczególnione w § 1 ust. 1 przekazywane będą w formie skompresowanych załączników zabezpieczonych hasłem. Hasło umożliwiające odczyt danych przekazywane będzie odrębnym kanałem komunikacyjnym uzgodnionym z podmiotem przetwarzającym*".

Pytanie 20: Dotyczy zał. nr 5 Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

par. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

- Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.
- Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
- Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
- Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w §4 jak niżej:

§ 4

Kontrola przetwarzania danych osobowych

- „1. Podmiot powierzający ma prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w Rozporządzeniu, po uprzednim uzgodnieniu z Podmiotem przetwarzającym terminu tej kontroli.
2. W przypadku kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych przez uprawnione do powyższego organy państwowe, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Podmiot powierzający i umożliwić przedstawicielowi Podmiotu powierzającego udział w czynnościach kontrolnych, o ile organy kontrolne wyrażą na powyższe zgodę.
3. W takim wypadku każda ze stron powierza drugiej stronie dane osobowe takie jak: imię i nazwisko oraz stanowisko. Dane osobowe wymienione w zdaniu poprzedzającym mogą być przetwarzane jedynie w celu i zakresie weryfikacji tożsamości osób wyznaczonych do realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy. W zakresie przetwarzania powierzonych danych stosuje się odpowiednio ust. 2-5 powyżej.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Podmiotu powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących powierzonych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych oraz planowanych kontrolach w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

6. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

7. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę.

8. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy."

Pytanie 21: Dotyczy zał. nr 5 Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanej kontroli oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22: Dotyczy zał. nr 5 Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23: Dotyczy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Z uwagi na ilość analizatorów, złożoność i kompleksowość wdrożenia, rozproszenie lokalizacji Państwa szpitala, poprawną konfigurację sieci, szkolenie personelu oraz terminy związane z integracją HIS (czas integracji niezależny od wykonawcy, a zależny od dostawcy systemu szpitalnego u zamawiającego), zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na czas do 60 dni roboczych na wdrożenie całego rozwiązania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w zakresie instalacji i uruchomienia w lokalizacjach ul. Przybyszewskiego 49 i Grunwaldzka 55. Zamawiający dopuszcza jednak aby wdrożenie całego rozwiązania to znaczy obejmując również pozostałe lokalizacje USK, odbyło się w czasie do 33 dni roboczych od podpisania umowy.

Pytanie 24: Dotyczy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Parametry wymagane, Część I pkt 8.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wydania imiennych certyfikatów potwierdzających szkolenie? Proponujemy wykonanie zbiorczego protokołu szkolenia dla każdego z oddziałów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25: Dotyczy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Parametry wymagane, Część II pkt 2.

Czy Zamawiający udostępni w swoich zasobach zgodnie z poniższymi parametrami serwer wirtualny (maszynę wirtualną) wraz z licencją na system Windows Server w celu instalacji systemu IT do zarządzania całym rozwiązaniem?

1.VM

OS: Windows Server 2022 (x64)

CPU: 4 cores - 2-3 GHz

RAM: 12-16 GB

HDD: 500 GB

Odpowiedź: Zamawiający udostępni serwer wirtualny o wskazanych parametrach.

Pytanie 26: Dotyczy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Parametry wymagane, Część III pkt 5.

Czy Zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z HI oraz dostęp do internetu w celu wdrożenia oraz serwisu zdalnego? Oferowany system wymaga do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o materiałach zużywanych, kontrolach, oraz serwisem zdalnym. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach.

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odpowiedź: Zamawiający udostępni urządzeniom połączenie internetowe z dostępem do podanych serwerów i portów.

Pytanie 27: Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 TPHA Zestaw do wykrywania i półilościowego oznaczania miana swoistych przeciwciał skierowanych przeciwko Treponema pallium metodą bezpośredniej hemaglutynacji w surowicy (bez możliwości oznaczania w płynie mózgowo-rdzeniowym)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zawiadomienie o modyfikacji Treści SWZ

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający informuje o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), zgodnie z załącznikami:

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - modyfikacja z dnia 16.05.2025
2. Wzór oferty na dostawy - modyfikacja z dnia 16.05.2025
3. Wzór umowy dla Pakietu nr 1 - modyfikacja z dnia 16.05.2025

Uzasadnienie:

Zmiana została dokonana z uwagi na wnioski wykonawców zgłoszone w trakcie zadawania pytań do SWZ oraz konieczność doprecyzowania zapisów.