

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Nisku

ul. Kościuszki 1

37-400 Nisko

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa łóżek, szafek oraz mebli do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Numer referencyjny: Z.II.260.007.Zp.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 (pakiet 1)

Ad. 6 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach: metalowa konstrukcja łóżka malowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa do utrzymania w czystości. Łóżko dopuszczone na rynek Unii Europejskiej, spełniające wszystkie niezbędne normy wymagane dla urządzeń medycznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 (pakiet 1)

Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne: zasilanie elektryczne 100-240V, przewód zasilający skrętny, możliwość bezpiecznego owinięcia kabla wokół tulei na rogu łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 (pakiet 1)

Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne: jedno koło antystatyczne oznaczone kolorem, pełniące funkcję gniazda wyrównania potencjałów. Łóżko posiadające normy bezpieczeństwa elektrycznego IEC 60601-1:2012, IEC 60601-1:2014, IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015, IEC 60601-2-54:2009 + A1:2015.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 (pakiet 1)

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją: segmentu pleców 0-60, segmentu uda 0-30, kątów przechyłów Trendelenburga i anti-Trendelenburga 0-12, regulacja segmentu podudzia ręczna z mechanizmem zapadkowym, łóżko nie posiada funkcji zatrzymania w pozycji poziomej

podczas zmiany przechyłów wzdłużnych, co daje większą elastyczność ustawienia łóżka w pozycji np. krzesła kardiologicznego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 (pakiet 1)

Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel z możliwością zawieszenia na szczytce łóżka od strony nóg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 (pakiet 1)

Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: 3 segmenty leża wypełnione panelami z tworzywa ABS, odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekcyjnych i promieniowania UV. Płyty odemowane bez użycia narzędzi. Uchwyty na pasy w stalowej ramie łóżka – większe bezpieczeństwo.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 (pakiet 1)

Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: szczyty łóżka wykonane z tworzywa, montowane w ramie za pomocą stalowych bolców o długości 10 cm. Szczyty odemowane jedną ręką, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 (pakiet 1)

Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: łóżko wyposażone w dzielone bariery boczne, składane wzdłuż ramy leża poniżej linii materaca za pomocą jednego przycisku, Bariery pozbawione ostrych krawędzi oraz miejsc gromadzenia się brudu. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 zabezpieczające pacjenta na całej długości leża.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 (pakiet 1)

Ad. 24. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: po 4 metalowe haczyki po obu stronach leża, zamontowane na ramie łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 10 (pakiet 1)

Ad. 25. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: odbojniki kołowe w każdym narożu leża, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 (pakiet 1)

Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: podstawa łóżka jezdną wyposażoną w podwójne koła antystatyczne o średnicy 150 mm z centralną blokadą kół. Piąte koło służące do jazdy kierunkowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 (pakiet 1)

Ad. 27. Czy Zamawiający wymaga piątego koła – rozwiązanie wysoce ergonomiczne, ułatwiające manewrowanie łóżkiem podczas prowadzenia oraz zmniejszające ilość siły potrzebnej do sterowania łóżkiem o 60%. Takie rozwiązanie znacząco wpływa na bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 13 (pakiet 1)

Ad. 31. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wyposażeniem: - wieszak na kroplówki, - materac przeciwośluzowy, dopasowany do rozmiarów leża, piankowy, 12 cm wysokości, w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, rozciągliwym w czterech kierunkach, zabezpieczonym suwakiem przed zalaniem cieczą. Materac ze specjalnymi żłobieniami dodatkowo odciążającymi, przeciwośluzowy dla wszystkich klas odleżyn.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania minimalnych wymagań opisanych w SWZ, tj.:

„Pianka poliuretanowa minimum N 2845,

Przebadany na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów,

Paroprzepuszczalność ($\text{g/m}^2/24\text{h}$) ≥ 300 ,

Wodoszczelność ($\text{mm H}_2\text{O}$) ≥ 2000 ,

Pokrowiec z zamkiem, zabezpieczenie zamka przed dostaniem się cieczy.”

Pytanie nr 14 (pakiet 1)

Ad. 32. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne: Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15. (Pakiet nr 3).

Czy zamówienie na szafy metalowe będzie jednorazowe? czy będzie podzielone na części, jeśli tak, to ile jest przewidzianych zamówień (dostaw)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przewiduje jednorazowe zamówienie na szafy, nie określa ilości dostaw, pod warunkiem zachowanie terminu realizacji określonego w pkt. 6 ppkt. 6.1 SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy: SWZ Prosimy w pkt. 9 ppkt. 9.1, lp. 10 o wyrażenie zgody na złożenie Deklaracji Zgodności UE. Jest to dokument wystawiony przez producenta w celu potwierdzenia zgodności z przepisami zasadniczymi, czyli dyrektywami Nowego Podejścia. Wystawienie deklaracji zgodności UE pozwala na naniesienie oznakowania CE na dany wyrób.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 (pakiet 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie zamówienia w terminie do 12 tygodni licząc od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, maksymalny termin realizacji został określony w SWZ w pkt. 6 ppkt. 6.1.

Pytanie nr 18 (pakiet 1)

Prosimy (w pkt. 6) o rezygnację z wymogu „Powłoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych”.

Norma EN ISO 10993 dotyczy określenia wpływu wyrobów medycznych na tkanki, co nie ma odniesienia do łóżka szpitalnego, jak również w/w norma EN ISO 10993-5:2009 opisuje Biologiczną ocenę wyrobów medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro. Zatem powyższa norma nie ma odniesienia do łóżek szpitalnych.

Oferowane przez nas łóżka posiadają Deklarację Zgodności UE wystawioną przez producenta oraz są dopuszczone do używania w placówkach służby zdrowia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymogu „Powłoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych”.

Pytanie nr 19 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 2 000 x 850 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża? W łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego wymiary leża nie będą adekwatne do faktycznych jego wymiarów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie elektryczne 100-240V? Oferowany parametr nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno - użytkowe łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego przewód zasilający skrętny oraz stalowe haczyki na przewód zasilający zamocowane pod ramą leża od strony głowy pacjenta (można zawiesić przewód zasilający na haczykach na czas transportu łóżka)? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zastosowania rozwiązania równoważnego.

Pytanie nr 23 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka przebadanego pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg norm stosowanych przez danego producenta, bez konieczności dołączania protokołu z badań przy dostawie produktu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu uda $0^{\circ} - 44^{\circ}$ (+/- 2°)? Oferowany zakres jest lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 25 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia ręczną za pomocą sprężyny gazowej? Oferowane rozwiązanie jest wygodniejsze niż wskazane przez Zamawiającego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 26 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego automatycznego zatrzymania w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 390 mm do 790 mm (+/- 10 mm)? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wymaganego przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli; panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji (regulacji segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur, przechyłów wzdłużnych) – zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie; panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, funkcji autokontur, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji wyjściowej, anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego; panel z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego dźwignię CPR bez możliwości mechanicznego uniesienia segmentu pleców w przypadku braku zasilania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w dzielone barierki boczne, opuszczane wzdłuż ramy leża poniżej linii materaca za pomocą jednej dźwigni, barierki pozbawione ostrych krawędzi oraz miejsc gromadzenia się brudu, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 zabezpieczające na całej długości leża?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 31 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zamontowane po dwóch stronach łóżka haczyki na worki urologiczne, umiejscowione na wysokości biodra? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków, które nie są stożkowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża wyposażonego w ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się materaca? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy łóżka jezdnej wyposażonej w koła o średnicy 150 mm, w tym jedno koło antystatyczne (kierunkowe) z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 (pakiet 1)

Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca przeciwodleżynowego dostosowanego do rozmiarów leża, o wysokości 12 cm, wykonanego z pianki poliuretanowej T30, w pokrowcu paroprzepuszczalnym, wodoszczelnym, nieprzepuszczalnym dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odpornym na przenikanie mikroorganizmów, z powłoką antybakteryjną i przeciwgrzybiczą, przepuszczalność powietrza $> 1000\text{g/m}^2/24\text{h}$, kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność) $> 2\text{ m}$, pokrowiec z zamkiem, zabezpieczenie zamka dostaniem się cieczy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 36 (pakiet 1)

Prosimy (w pkt. 32) o wyrażenie zgody na posiadanie Certyfikatu ISO 13485:2016 lub równoważnego potwierdzającego, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 (pakiet 1)

Parametry oceniane: Czy Zamawiający przychylił się do prośby i wprowadzi dodatkową punktację za udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji? Takie rozwiązanie leży w interesie Zamawiającego, gdyż może ono bardzo przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji łóżek.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przychylił się do powyższego, parametry będą punktowane za spełnienie wymagań określonych w pkt. 13 i 15.

Pytanie nr 38 (pakiet 1)

Punkt 8 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 850 x 200 mm? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 (pakiet 1)

Punkt 10 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z przewodem zasilającym prostym bez tworzywowego uchwytu do zawieszania? W celu zabezpieczenia kabla na czas transportu, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego łóżka z gniazdka sieci zasilającej i zawinąć kabel np. wokół odbojów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 (pakiet 1)

Punkt 13 tabeli: Czy zamawiający przyzna również 10 pkt za łóżko z funkcją krzesła kardiologicznego, uzyskiwaną z 1 przycisku na panelu sterującym? Jest to rozwiązanie równoważne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający przyzna również 10 pkt za funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną za pomocą 1 przycisku na panelu sterującym.

Pytanie nr 41 (pakiet 1)

Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji antyszokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 (pakiet 1)

Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z mechaniczną funkcją CPR-czerwona dźwignia umieszczona jest w przyśrodkowej części łóżka, zawsze dostępna? W oferowanym modelu łóżka uniesienie oparcia pleców możliwe jest tylko dzięki siłownikom elektrycznym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 (pakiet 1)

Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem 4 – sekcyjnym, w tym 3 ruchome, z leżem wypełnionym łatwo odejmowalnymi (bez użycia narzędzi), przeziernymi dla RTG płytami HPL, montaż pasów możliwy jest do szkieletu segmentów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 (pakiet 1)

Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował wydłużenie leża powyżej 320 mm, takie rozwiązanie umożliwi komfortową hospitalizację nawet najwyższych pacjentów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował takiego rozwiązania.

Pytanie nr 45 (pakiet 1)

Punkt 21 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym blokowanie szczytu odbywa się poprzez grzybki samozatraskowe z blokadą pozycji, znajdujące się z boku szczytu. Szczyty wykonane z tworzywa, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 (pakiet 1)

Punkt 22 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, składane poniżej linii materaca za pomocą jednej dźwigni. Barierka pozbawiona ostrych krawędzi oraz miejsc gromadzenia się brudu. Barierki wykonane z tworzywa z użyciem antybakteryjnej technologii. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 zabezpieczająca na całej długości leża?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 47 (pakiet 1)

Punkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym uchwyty na worki urologiczne (4 szt.) znajdują się na ramie leża?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 (pakiet 1)

Punkt 25 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z krążkami odbojowymi- owalnymi? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 (pakiet 1)

Punkt 27 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym podstawa jezdna wyposażona jest w 4 koła o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Koła nie są antystatyczne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby minimum jedno koło było antystatyczne.

Pytanie nr 50 (pakiet 1)

Punkt 31 tabeli- **Materac przeciwoodleżynowy:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem przeciwoodleżynowym, do stosowania dla pacjentów do III stopnia odleżyn wg klasyfikacji EPUAP. Materac wykonany z dwóch rodzajów pianki poliuretanowej o różnej gęstości, twardości i profilowaniu. Wysokość materaca 14 cm. Pokrowiec z zamkiem, zabezpieczenie zamka przed dostaniem się cieczy. Pokrowiec nie przepuszczający wirusów oraz bakterii?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania minimalnych wymagań opisanych w SWZ tj:

„Pianka poliuretanowa minimum N 2845,

Przebadany na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów,

Paroprzepuszczalność ($g/m^2/24h$) ≥ 300 ,

Wodoszczelność ($mm H_2O$) ≥ 2000 ,

Pokrowiec z zamkiem, zabezpieczenie zamka przed dostaniem się cieczy.”

Pytanie nr 51 (pakiet 1)

Punkt 8 tabeli- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2140mm, proponowane rozwiązanie umożliwia łatwiejsze przemieszczanie łóżka w obiekcie szpitalnym, transport windami etc.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 (pakiet 1)

Punkt 14 tabeli- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-820 mm, proponowany zakres jest lepszy (większy od opisanego w SWZ)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 (pakiet 3)

W SWZ opis Zadanie nr 3 Pakiet nr 3 Szafka ubraniowa BHP ilość 100 szt. nie przewiduje wniesienia szafek zaś w umowie znajduje się zapis „wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego”. Czego powinniśmy się trzymać? Czy Zamawiający dopuszcza ofertę zgodnie z SWZ z dostawą natomiast rozładunek i wniesienie zapewni we własnym zakresie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga rozładunku oraz wniesienia szafek BHP.

Pytanie nr 52 (pakiet 3)

W przypadku Zadanie nr 3 Pakiet nr 3 Szafka ubraniowa BHP ilość 100 szt. producent nie wymaga przeglądów gwarancyjnych w związku z tym nie będą one świadczone. Czy Zamawiający akceptuje?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający akceptuje i nie będzie wymagał przeglądów gwarancyjnych.

Do SWZ zostały wprowadzone stosowne poprawki. Zmiany oznaczono kolorem czerwonym w dokumencie o nazwie SWZ (PO MODYFIKACJI Z DNIA 26/02/2024) **Dostawa łóżek, szafek oraz mebli do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Dyrektor
SPZZOZ w Nisku
Paweł Tofil
/podpisano elektronicznie/