



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

TP/15/2022

Brzeg, 20.10.2022 r.

Do wszystkich
Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Doposażenie Brzeskiego Centrum Medycznego w sprzęt i urządzenia, szczególnie w aspekcie rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19” – TP /15/ 2022.

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – dalej jako ustawa Pzp.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniach 18-20.10.2022 r. do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu części 3 tj. defibrylator AED ? Pozwoli to na uzyskanie ofert bardziej konkurencyjnych, a tym samym bardziej atrakcyjnych cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie defibrylatora do osobnego pakietu. Zamówienie nie zostało podzielone na części.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści defibrylator o wadze 1,56 kg łącznie z elektrodami ? Niższa waga ułatwia przenoszenie urządzenia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści defibrylator, w którym maksymalna dostarczona energia wynosi 200J dla dorosłych oraz 50J dla dzieci?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w baterię, której okres eksploatacji wynosi 3 lata od momentu instalacji w defibrylatorze i od pierwszego testu aktywacji przy założeniu, że urządzenie jest w trybie gotowości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5.

Czy zamawiający dopuści defibrylator bez opcji automatycznego dopasowania głośności dźwięków otoczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o parametrach:

Lp.	OPIS
1.	Automatyczny defibrylator dwufazowy
2.	Prowadzi ratownika przez wszystkie etapy akcji ratowniczej w języku polskim
3.	Automatyczna analiza i prawidłowe rozpoznawanie rytmu serca.
4.	Informacja o konieczności przeprowadzenia defibrylacji.
5.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
6.	Kształt fali: dwufazowy, ścięty wykładniczo. Typ BTE.
7.	Wybór energii: Wybór automatyczny, wstępnie zaprogramowany dorośli: 150J, 150J, 200 J lub 120J, 120J, 150J; tryb pediatryczny: 50J, 50J, 75J lub 30J, 30J, 50J.
8.	Czas ładowania: do 8 sekund do energii 200J
9.	Czas utrzymywania naładowania defibrylatora: 30 sekund
10.	Rytmy podatne na leczenie defibrylacją:
11.	- migotanie komór
12.	- częstoskurcz komorowy z szerokimi zespołami QRS
13.	Obsługa
14.	- prosta intuicyjna obsługa za pomocą 2 przycisków
15.	- przycisk wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego w przypadku konieczności przeprowadzenia defibrylacji
16.	- wskaźniki typu LED informujące m.in. o stanie podłączonych elektrod, przeprowadzanej analizie rytmu.
17.	Komunikaty głosowe w języku polskim
18.	Autotest defibrylatora:
19.	- wbudowany moduł autotestu defibrylatora
20.	- automatyczny test przy każdym uruchomieniu aparatu
21.	- sprawdzenie w czasie autotestu stanu naładowania baterii, modułów wewnętrznych tj. modułu akwizycji EKG, modułu defibrylacji
22.	Bateria:
23.	- wymienna bateria LiMnO ₂
24.	- wskaźnik LED informujący o stanie baterii
25.	- do 100 wyładowań przy maksymalnej energii
26.	- żywotność do 4 lat w zainstalowanym aparacie
27.	Pamięć: 1500 zdarzeń EKG
28.	Wymiary: (Wys. x Szer. x Gł.) 8 cm x 22 cm x 25,6 cm
29.	Waga: 1,9 kg
30.	Warunki otoczenia dla obsługi: 0°C do 40°C

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7.

W zał. Nr. 3 w pozycji 1 i 2 formularza Parametry Techniczno Funkcjonalne pojawił się opis dwóch zestawów komputerowych do jednego systemu Biofeedback oddechowy RSA, prawdopodobnie przez pomyłkę.

- Czy Zamawiający wymaga jednego zestawu komputerowego?
- Czy zatem Zamawiający anuluje zapis w pozycji 1 dotyczący zestawu komputerowego pozostawiając zapis w całości punktu 2 niniejszego formularza?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w poz. 1 i 2 formularza asortymentowo-cenowego (Zał. Nr 2 do SWZ) oraz w poz. 1 i 2 formularza – Parametry Techniczno – Funkcjonalne (Zał. Nr 3 do SWZ) dwa razy przez pomyłkę wprowadził zapis odnoszący się do zestawu komputerowego do jednego systemu Biofeedback oddechowy RSA.

Zamawiający potwierdza, że wymaga wyceny i dostawy jednego zestawu komputerowego.

Zapis z poz. 1 Zał. Nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy) i z poz. 1 Zał. Nr 3 (parametry techniczno-funkcjonalne) zostanie usunięty. Poprawione załączniki zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania <https://e-ProPublico.pl/>.

Pytanie nr 8.

Zadanie nr 4 - Czy Zamawiający wymaga aplikatora płaskiego typu CPE1/2 pola magnetycznego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 9.

Zadanie nr 7 i 8:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o wskazanych niżej parametrach?

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość Wymagana	Wartość oferowana
I	Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem	Producent/nazwa	
1.	Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą	Tak	
2.	Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym.	Tak	
3.	Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB.	Tak	
4.	Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników.	Tak	
5.	Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn.	Tak	
6.	Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”.	Tak	
7.	Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi: Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach, odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość. Test dynamiczny m.in. czasy osiągnięcia celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie. Test Obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący. Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała.	Tak	

8.	Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności.	Tak	
9.	Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów.	Tak	
10.	Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych.	Tak	
11.	Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń.	Tak	
12.	Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows.	Tak	
13.	Kartoteka pacjenta.	Tak	
14.	Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo.	Tak	
15.	Podest z trójsronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm]. (+/- 5%)	Tak	
16.	Wypożyczenie: platforma, podest z poręczą, kamerę USB.	Tak	
17.	Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB.	Tak	
18.	Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta.	Tak	

II	Zestaw osprzętu		
1.	Stabilny stojak na kółkach	Tak	
2.	Monitor dla pacjenta minimum 42 cale	Tak	
3.	Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką	Tak	
4.	Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z Nvidia GeForce 1050 - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) - Kamera podłączana do USB	Tak	

Odpowiedź:

Zgodnie z przeznaczeniem sprzętu mającego służyć pacjentom po przebytej chorobie COVID-19, Zamawiający wymaga aby system posiadał funkcje pracy z pacjentem w pozycji siedzącej oraz posiadał funkcje min. do ćwiczeń oddechowych czy funkcji poznawczych. W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza sprzętu o wskazanych wyżej parametrach.

Pytanie nr 10.

Zadanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuszcza stół do masażu i rehabilitacji równoważny o wskazanych niżej parametrach?

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wartość Wymagana	Wartość oferowana
I	Stół rehabilitacyjny –szt. 1	-	-
1.	Stół rehabilitacyjny	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta	
2.	Stół dwuczęściowy (leżysko górne, zagłówek z otworem na twarz)	Tak	
3.	Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na działanie środków dezynfekujących	Tak	
4.	Elektryczna regulacja wysokości	Tak	
5.	Pilot ręczny	Tak	
6.	Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej [°]: - 85 / +35 (+/- 5%)	Tak	
7.	Regulacja wysokości [mm]: 440 – 1010 (+/- 5%)	Tak	
8.	Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych	Tak	
9.	Centralny system jezdny wyposażony w 4 kółka	Tak	
10.	System regulacji wysokości za pomocą ramy	Tak	
11.	Zaślepka na twarz	Tak	
12.	Wymiary (dł. X szer.) [mm]: 1900 x 660 (+/- 5%)	Tak	
13.	Dopuszczalne obciążenie [kg]: 150 (+/-5%)	Tak	

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania sprzętu o wskazanych wyżej parametrach, Wykonawca winien w poz. 10 formularza asortymentowo-cenowego (Zał. Nr 2 do SWZ) i poz. 10 formularza -Parametry Techniczno-Funkcjonalne (Zał. Nr. 3 do SWZ) wpisać oferowane wyżej parametry .

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania do SWZ, działając na podstawie art.286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dokonuje zmiany treści SWZ polegającej na usunięciu zapisu odnoszącego się do zestawu komputerowego do **systemu Biofeedback oddechowy RSA w poz. 1 – formularza asortymentowo-cenowego (Zał. Nr 2 do SWZ) oraz poz. 1 – formularza - Parametry Techniczno-Funkcjonalne.**

Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmienione Załączniki nr 2 i 3 do SWZ tj. formularz asortymentowo-cenowy oraz formularz – Parametry Techniczno – Funkcjonalne, zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania <https://e-ProPublico.pl/>.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia **jako stanowiące integralną część SWZ.**

.....
Kierownik Zamawiającego