

**UNIwersytecki Szpital Kliniczny w
Poznaniu**

Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wyroby medyczne jednorazowego użytku - asortyment
ogólnego przeznaczenia, sprzęt drobny, anestezjologia

Numer referencyjny: DZP/129/2024

Zamawiający, **UNIwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Część nr 28: Pakiet nr 28

Bialmed Sp. z o.o.

Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **25 190.35 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Część zamówienia	Wykonawca	Kryterium - punktacja	Razem
28 - Pakiet nr 28	Bialmed Sp. z o.o. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	1 - Cena - 100.00	100,00

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
29	Varimed Sp. z o. o. Tadeusza Kościuszki 115/4U 50-442 Wrocław	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 28 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie: Zamawiający w pakiecie nr 28 wymagał Zestaw PEG typu "pull" Ch 14, 18 dł. 40 cm. Poliuretanowy. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika, która kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni).</p> <p>Wykonawca zaoferował zestaw PEG o dł. 60 cm, co jest niezgodne z wymaganiami zawartymi w SWZ.</p> <p>Ponadto, w wyjaśnieniach treści SWZ nie została taka długość dopuszczona.</p>

Informacja o unieważnieniu pakietu:

Część nr	Temat
	Uzasadnienie prawne i faktyczne
22	<p>Pakiet nr 22</p> <p><u>Uzasadnienie prawne:</u></p> <p>Art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p><u>Uzasadnienie faktyczne:</u></p> <p>Zamawiający odrzuca ofertę z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p>

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 264 ust. 2 ustawy Pzp.

Umowa dla pakietu nr 28 zostanie zawarta z dniem **05.11.2024 r.**

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp