

Uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści SWZ.

1. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy mycia zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

2. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy do stosowania wyłącznie w myjkach mechanicznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści uchwyt w którym należy wsunąć test?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Otwierany przyrząd umożliwia łatwiejszą aplikację testu przed i po użyciu.

4. Dotyczy Pakietu nr 10: Czy Zamawiający dopuści testy bez powierzchni samoprzylepnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga testów umożliwiających wklejenie do dokumentacji w celu archiwizacji.

5. Dotyczy Pakietu nr 15: Czy Zamawiający dopuści testy składające się z fiolek z substancją testową oraz oddzielnie, sterylnie zapakowanych wymazówek . W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga testów jednoelementowych tzw. PEN.

6. Dotyczy Pakietu nr 15: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*Dyrektor Agnieszka Kruk /-/*