

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 17/17PN/2020/15

Bytom dnia: 2020-07-15

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę Noża ultradźwiękowego, Akcesoriów do Aparatu ERBE VIO3, Kardiomonitorów, Stołu Operacyjnego, Diatermii Chirurgicznej, wyrobów medycznych oraz akcesoriów, bielizny operacyjnej barierowej w ramach Programu Kompleksowej Terapii Wewnątrzmacicznej dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 17 / 17 PN / 2020..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą operacyjną z przylepcem 180x180cm w miejsce serwety 170x180cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą medyczną 10x50cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 serwetkami do ususzania rąk 30x40cm wykonanymi z chłonnej celulozy o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm,

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką

20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm  
1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do asetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L  
3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do asetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL  
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, o odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem pozostałe parametry bez zmian.**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem o długości 7,5cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zapięcie na rzep o szerokości 3cm i długości 13cm i 7cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach: M – 124cm, L- 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Dopuszcza, ale nie wymaga.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

