



Warszawa, dnia 06.12.2021r.

WYJAŚNIENIE/ ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Autoryzowany serwis na utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej aparatów do krążenia pozaustrojowego zainstalowanych w klinice kardiologii i Transplantologii – Bloki operacyjne, obejmujące zryczałtowane opłaty za przeglądy serwisowe i oszacowaną wartość części zamiennych”, Znak sprawy: ZP.094.2021

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Narodowy Instytut Kardologii, zawiadamia, że w powyższym postępowaniu, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że udzielił następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy §4 pkt 1 umowy oraz załącznika nr 1 do formularza ofertowego sekcja II pkt 21 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu przystąpienia do naprawy z 24 godzin roboczych na 48 godzin roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu przystąpienia do naprawy z 24 godzin na 48. Stosowne zmiany zostały wprowadzone do dokumentacji postępowania dla zadania I i II.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 1 do formularza ofertowego sekcja II pkt 22 oraz załącznika nr 1 do SWZ Dla konsoli CSIII nr seryjny 43S4449 upłynął okres gwarantowanej dostępności części zamiennych. Według wiedzy serwisu aparat wymaga wymiany części które nie są już dostępne więc nie ma możliwości naprawy i dopuszczenia go do eksploatacji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego aparatu z postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z postępowania konsolę CSIII o numerze seryjnym 43S4449. Stosowne zmiany zostały wprowadzone do dokumentacji postępowania dla zadania II.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 1 do formularza ofertowego sekcja II pkt 22 oraz załącznika nr 1 do SWZ Dla pompy próżniowej nr seryjny BO11717N00 oraz Heater - Cooler nr seryjny 16S878 upłynął okres gwarantowanej dostępności części zamiennych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ich spod wymogu zawartego w sekcji II pkt 22 załącznika nr 1 do formularza ofertowego?



Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z postępowania pompę próżniową o numerze seryjnym BO1117N00 oraz Heater-Cooler nr seryjny 16S878. Stosowne zmiany zostały wprowadzone do dokumentacji postępowania dla zadania II.

Pytanie nr 4

Dotyczy umowy § 4 pkt 2

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zapewnienia aparatu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla ze wzorów umów do postępowania : „Autoryzowany serwis na utrzymanie pełnej zdolności techniczno- eksploatacyjnej aparatów do krążenia pozaustrojowego zainstalowanych w Klinice Kardiologii i Transplantologii- Bloki Operacyjne , obejmujący zryczałtowane opłaty za przeglądy serwisowe i oszacowaną wartość części zamiennych” ustęp 2 z § 4 w zadaniu I i II. Obowiązują zapisy regulujące kwestię urządzeń zastępczych znajdujących się w punktach 23 dla Jostry i 22 dla Stockerta wymagań technicznych zawartych w załącznikach nr 3 swz_zad1 i swz_zad2. Stosowne zmiany zostały wprowadzone do dokumentacji postępowania dla zadania I i II.

Zamawiający dodatkowo modyfikuje wzór umowy (dla zadania I i II) w § 16 dodaje ust. 10 o treści: „Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 tj.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).”

Zamawiający do niniejszych wyjaśnień załącza zmodyfikowane dokumenty:

Załącznik nr 1 do SWZ dla zadania II – OPZ;

Załącznik 3 do SWZ dla zadania I i II– formularz ofertowy;

Załącznik nr 7 dla zadania I i II – Wzór umowy.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 28.12.2021 r. godz. 09:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 28.12.2021 r. godz. 10:00.

Termin związania ofertą upływa w dniu 27.03.2022 r.

ZATWIERDZAM
z upoważnienia Dyrektora Narodowego Instytutu
Kardiologii

/-/ Mariola Łukasiewicz