

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 48**

**Pytanie nr 1 – Pakiet nr 113 - Pudełko do archiwizacji bloczków parafinowych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie tekturowego pudełka do archiwizacji bloczków parafinowych na 220 sztuk o wymiarach: 352x240x60mm, składające się z tekturowej obudowy i wysuwanej szufladki będące produktem równoważnym ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2, Pozycja 1 - Pakiet nr 115 - KASETKI HISTOPATOLOGICZNE**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie standardowej kasetki histopatologiczna (podłużne otwory o wymiarach 1 x 5 mm) z montowanym wieczkiem (oddzielnie) zamykanym na zawias, 48 prostokątnych otworów, zapewniających maksymalną wymianę odczynników oraz wysoki stopień przepojenia materiału. Kasetka dostępna przynajmniej w 6 kolorach, w kartonie, zabezpieczona specjalnym workiem foliowym. Opakowanie 1000 szt. ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3, Pozycja 2 - Pakiet nr 115 - KASETKI HISTOPATOLOGICZNE**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kasetki biopsyjnej do bardzo drobnego materiału z montowanym wieczkiem (oddzielnie) zamykanym na zawias, z bardzo drobnymi kwadratowymi otworami 0,38 x 0,38 mm zapewniającymi wysoki stopień przepojenia materiału, przy jednoczesnym zabezpieczeniu drobnego materiału, wewnątrz kasetki komora na materiał tkankowy z 508 otworkami w podstawie, kasetka dostępna w kolorze białym, w kartonie, specjalnie zabezpieczone workiem foliowym. Opakowanie 1000 szt.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 4, Pozycja nr 2, Pakiet nr 123- Ostrza mikrotomowe dla pracowni Histopatologii**

Czy zamawiający wymaga ostrzy mikrotomowych niskoprofilowych (żyłek) aby były wykonane ze stali nierdzewnej, o wymiarach 80 mm x 8 mm; 2 otwory mocujące o wymiarach 8 mm x 2 mm zlokalizowane wewnątrz ostrza w odległości 20 mm od końca żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów), odległość 40 mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów), kąt ostrzenia 35°, ( opakowanie 50 szt.) do materiału twardego ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 5, Pozycja nr 3, Pakiet nr 123- Ostrza mikrotomowe dla pracowni Histopatologii**

Czy zamawiający wymaga ostrzy mikrotomowych niskoprofilowych (żyłek) aby były wykonane ze stali nierdzewnej, o wymiarach 80 mm x 8 mm; 2 otwory mocujące o wymiarach 8 mm x 2 mm zlokalizowane wewnątrz ostrza w odległości 20 mm od końca żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów), odległość 40 mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów), kąt ostrzenia 35°, (opakowanie 50 szt) do materiału miękkiego ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 6, Pozycja nr 1, Pakiet nr 123- Ostrza mikrotomowe dla pracowni Histopatologii**

Czy zamawiający miał na myśli nożyki jednorazowe wysokoprofilowe (żyłki) zamiast nożyczki w pozycji nr 1 dla pakietu nr 123 ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający ma na myśli nożyki - żyłki**

**Pytanie nr 7, Pozycja nr 2, Pakiet nr 123- Ostrza mikrotomowe dla pracowni Histopatologii**

Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie ostrzy mikrotomowych niskoprofilowych (żyłek) aby były wykonane ze stali nierdzewnej, o wymiarach 80 mm x 8 mm; 2 otwory mocujące o wymiarach 7 mm x 2 mm zlokalizowane wewnątrz ostrza w odległości 20 mm od końca żyłki dla długości oraz 4 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów), odległość 39 mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów), kąt ostrzenia 35°, (opakowanie 50 szt.) do materiału twardego ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogów jakościowych.**

**Pytanie nr 8, Pozycja nr 3, Pakiet nr 123- Ostrza mikrotomowe dla pracowni Histopatologii**

Czy zamawiający wymaga ostrzy mikrotomowych niskoprofilowych (żyłek) aby były wykonane ze stali nierdzewnej, o wymiarach 80 mm x 8 mm; 2 otwory mocujące o wymiarach 7 mm x 2 mm zlokalizowane wewnątrz ostrza w odległości 20 mm od końca żyłki dla długości oraz 4 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów), odległość 39 mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów), kąt ostrzenia 35°, (opakowanie 50 szt) do materiału miękkiego ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogów jakościowych.**

W imieniu Zamawiającego

