

DA.252.3/3.2024

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawy odczynników, sprzętu jednorazowego oraz dzierżawę analizatorów – znak sprawy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

#### **Dot. projektu umowy zał. 3:**

##### **Dotyczy § 3 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do par. 3 pkt. 2 umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”?

*Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

##### **Dotyczy § 4 ust. 5**

Prosimy o zmianę zapisu na „Zamawiający po dwukrotnym powtórzeniu się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy oraz wysłaniu monitu do Wykonawcy z ustalonym ostatecznym terminem realizacji, może odstąpić od umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

##### **Dotyczy § 9 ust 2.3 oraz § 11 ust 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kary od wartości niezrealizowanej umowy?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis § 9 ust 2.3 umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu naliczania kary od niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Do opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 3:**

##### **1. Dotyczy zadania na: Sprzęt jednorazowy, pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w próbce), a nie nalepki naklejonej na próbkę, która zasłania część próbki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?

*W procesie wielu badań krwi: hematologicznych, biochemicznych i innych, istotna jest możliwość obserwowania całej próbki krwi znajdującej się w probówce, w celu oceny jakości tej próbki. Próbka krwi w probówce musi być jak najlepiej widoczna, bo tylko wtedy istnieje możliwość wykrycia niekorzystnych procesów w niej zachodzących np.: hemolizy czy powstania mikroskrzepów, które negatywnie mogą wpływać na wyniki badania lub wręcz uszkodzić przez zatkanie mikroskrzepami tor pomiarowy analizatora. Dlatego też biorąc pod uwagę wysokie koszty badań, reagentów oraz straty spowodowane przestojem analizatorów z powodu ich awarii, celowe jest posiadanie takich probówek, które pozwolą ocenić wizualnie czy próbka jest prawidłowa przed skierowaniem jej do badania. Możliwości tak pełnej oceny jakości próbki nie dają probówki z nalepkami, które nie tylko zasłaniają większą część probówki, ale również ograniczają możliwość swobodnej obserwacji jej zawartości. Możliwość lepszej obserwacji zawartości probówki umożliwiają natomiast probówki z nadrukiem.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**2. Dotyczy zadania na: Sprzęt jednorazowy, pozycja 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o żądanej pojemności o wymiarach: Ø65x74 mm? Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**3. Dotyczy zadania na: Sprzęt jednorazowy, pozycja 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek bez podziałki i o pojemności 11 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**4. Dotyczy zadania na: Sprzęt jednorazowy, pozycja 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek o długości 15,5 cm poj. użytkowej 3 ml, całkowitej ok. 7 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**5. Dotyczy zadania na: Sprzęt jednorazowy, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści nalepki o wymiarach 20x40 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*Dyrektor Marzena Szopińska-Demczuk /-/*