

Bytom dnia: 2025-01-28

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 16

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 63?

Siatkę dwustronna wewnątrzotrzewnowa separująca, miękka, niewchłaniająca, 2-warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetylen (ePTFE), który zmniejsza przyleganie przyległych tkanek do siatki, a z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość siatki 0,62 mm, porowatość średnia 667 µm, porowatość maksymalna 1359 µm, gramatura średnia 108 g/m², z oznaczeniem czarnym markerem powierzchni siatki, która powinna być skierowana w stronę jelit, o dwukierunkowej elastyczności, owalna, z możliwością docinania siatki, w rozmiarze 20-25 cm lub 25-35 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 64 :

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną,

niewchłaniałną, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, Wyłączny Dystrybutor produktów firmy Herniamesh w Polsce porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm ; porowatość max.: 2314 μm ; grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm , gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?

Oraz

1 komplet igieł spiralnych (prawa+lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, implantacja przezzastłonowa?

Uzasadnienie

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych i Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Wojciech Wierczok