

UNIwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa ureterorenoskopów.

Numer referencyjny: DZP/54/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **UNIwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Proszę o potwierdzenie, że wymóg oferowania narzędzi i akcesoriów pochodzących od jednego producenta obejmuje również akcesoria zużywalne produkowane przez profesjonalnego producenta na zlecenie producenta sprzętu medycznego wymaganego przez Zamawiającego tj. ureterorenoskopów i tym samym tworzy kompatybilny zestaw z możliwością jego rozbudowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza akcesoria zużywalne produkowane przez innego producenta, pod warunkiem kompatybilności z oferowanymi narzędziami i akcesoriami.