

Numer postępowania: **ZP-271-76/23**

Kraków, dnia 15.12.2023 r

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego”**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 1:

Poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie gąbek o wymiarach: 25x30 mm o grubości 2mm w opakowaniu zbiorczym 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Wskazana grubość zagwarantuje lepsze przepojenie materiału bez zwiększenia ryzyka wypłukania materiału.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 1:

Poz. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kasetek o wymiarach: 73x53x16mm w opakowaniu zbiorczym 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Z związku z faktem, iż wskazane wymiary są tylko różnicą ”kosmetyczną” nie stanowi to w żadnym wypadku problemów w codziennej pracy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 1.

Pytanie nr 3

Dotyczy Formularza Oferty Szczegółowej, Załącznik 1a, Część nr 10:

Zamawiający zawarł zapis: „Taśma barwiąca do etykiet odpornych na aceton i ksylen. Taśma barwiąca termotransferowa do etykiet z warstwą laminującą: do drukarek termotransferowych,

typ taśmy: żywiczna – do etykiet foliowych, kolor zadruku: czarny, długość: 74 m, szerokość: 57 mm, gilza: 0,5”. Gwarantowana trwałość: 24 ce od daty dostawy.”

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie taśmy barwiącej o następujących parametrach: długość: 74 m ($\pm 0.5\%$), szerokość: 57 mm (± 0.2 mm), gilza: 0,5”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 10.

Pytanie nr 4

Dotyczy Formularza Oferty Szczegółowej, Załącznik 1a, Część nr 12, poz.2 :

Zamawiający zawarł zapis: „Etykiety foliowe 24 mm x 24 mm, białe, odporne na aceton i ksylen, do oznaczania szkiełek mikroskopowych podstawowych przeznaczonych do barwienia (EP17 x 24 x 24 x 1/2500); kompatybilne z drukarką GoDex RT 230 posiadaną przez Zamawiającego.”

Uprzejmie prosimy o weryfikację, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i powinno być EPAX24x24x1/2500, zamiast EP17 x 24 x 24 x 1/2500.

W przypadku, gdy nie doszło do omyłki pisarskiej, zwracamy się z prośbą o podanie parametrów minimalnych dla tych etykiet.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 12 poz. 2.

Pytanie nr 5

Dotyczy Formularza Oferty Szczegółowej, załącznik 1a dot. Część nr 12, poz.3 :

Zamawiający zawarł zapis: „Taśma barwiąca termotransferowa do etykiet TTRX33/74/05, kompatybilna z drukarką GoDex RT230 posiadaną przez Zamawiającego.”

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że TTRX33/74/05 jest modelem taśmy (a nie etykiet) oraz że opisana w niniejszej pozycji taśmy musi być kompatybilna z etykietami z poz. 1.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 12 poz. 3.

Pytanie nr 6

Dotyczy Formularza Oferty Szczegółowej, załącznik 1a dot. Części nr 12 poz.4:

Zamawiający zawarł zapis: „Taśma barwiąca do etykiet odporna na aceton i ksylen TTA x 30/74/05, kompatybilna z drukarką GoDex RT 230 posiadaną przez Zamawiającego.”

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że TTA 30/74/05 jest modelem taśmy (a nie etykiet) i że doszło do omyłki pisarskiej i powinno być: TTAX30/74/05. Prosimy także o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy taśmy TTAX33/74/05.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Zmienia ulega załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 12 poz. 4.

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 1

Dotyczy punkt 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie gąbki zabezpieczającej do kasetek o rozmiarach 30x25 mm. Różnica 1 mm jest niezauważalna oraz nie wpływa na jakość procesowanego materiału. Równolegle Zamawiający wymaga dostarczenia próbek, które pozwolą mu na jednoznaczne ocenienie jakości gąbek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 1

Dotyczy punkt 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie super mega kasetek w kolorze białym o rozmiarze 75,3 x 52,5 x 17,3 mm. Proponowane przez nas rozmiary nieznacznie różnią się od pierwotnie wymaganych, co nie wpływa na finalną jakość procesowanego materiału. Równolegle Zamawiający wymaga dostarczenia próbek, które pozwolą mu na jednoznaczne ocenienie jakości kasetek super mega.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 1.

Pytanie nr 9

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 6

Dotyczy punkt 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek mikrotomowych o poniższej charakterystyce:

Noże mikrotomowe do skrawani rutynowego każdego rodzaju tkanek oraz skrawania wstążeczkowego w bloczku parafinowym, w szczególności tkanek twardych. Wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm. Kąt natarcia ostrza – 35p. 2 otwory mocujące wewnątrz żyletki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworów). Odległość 40 mm pomiędzy otworami mocującymi żyletki (licząc od środka otworów). Wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45o minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu. Opakowanie handlowe – 50 sztuk. Grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej. Noże wykonane ze stali nierdzewnej. Noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza. Nóż mikrotomowy spełniający parametr jakościowy tzn.: na jednej żyletce można skroić co najmniej 20 bloczków

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 6

Dotyczy punkt 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek mikrotomowych o poniższej charakterystyce:

Noże mikrotomowe do skrawani rutynowego każdego rodzaju tkanek w bloczku parafinowym, w szczególności tkanek bardzo twardych. Wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm. Kąt natarcia ostrza – 35p. 2 otwory mocujące wewnątrz żyłki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów). Odległość 40 mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów). Wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45o minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu. Opakowanie handlowe – 50 sztuk. Grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej. Noże wykonane ze stali nierdzewnej. Noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza. Nóż mikrotomowy spełniający parametr jakościowy tzn.: na jednej żyłce można skroić co najmniej 20 bloczków

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 6

Dotyczy punkt 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie ostrzy do wykrawania materiału wykonanych ze stali nierdzewnej kompatybilnych z uchwytem do ostrzy autopsyjnych (ostrzy o długości 130 mm) – uchwyt o całkowitej długości 255 mm. Materiał wykonania rękojeści – wytrzymałe tworzywo sztuczne. Śruba mocującą ostrzę o łbie walcowym bez gniazda. Łeb śruby dodatkowo radełkowany dla łatwego mocowania za pomocą dłoni. Uchwyt w zestawie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 6

Dotyczy punkt 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie ostrzy konfekcjonowanych 50 szt., a tym samym przeliczenie łącznej liczby opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu zaoferowania ostrzy od jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania logo w postaci znaku towarowego wskazującego w formie słownej nazwy producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 2

Dotyczy punkt 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mega szkiełek o rozmiarach 50x64 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 2

Dotyczy punkt 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mega szkiełka mikroskopowego o wymiarach 52x76 mm z matowym polem do opisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że pole matowe będzie na krótszej krawędzi. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 2.

Pytanie nr 17

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 7

Dotyczy punkt 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek o wymiarach 25x75 mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 7

Dotyczy punkt 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki o otworkach 5x1,1 mm na zawias, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ – część nr 7

Dotyczy punkt 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji nr 3 z części 7 i stworzenie z niej oddzielnej części.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy załącznik nr 1 i 1a do SWZ

Czy Zamawiający wymaga aby sprzęt pochodził z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie mógł być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów

trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający może zweryfikować swoje zdanie i zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 ust. 1, 3, 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota

podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy Części nr 2

Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej w poz.1 pakietu. Zamawiający wymaga szkiełek nakrywkowych, zatem do poz. 1 powinien wymagać próbki szkiełka nakrywkowego, a nie nakrywkowego i podstawowego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 2 poz. 1 oraz pkt. 11.1.1 treści SWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy Części nr 2

Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej w poz.2 pakietu. Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych, zatem do poz. 2 powinien wymagać próbki szkiełka podstawowego, a nie nakrywkowego i podstawowego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 2 poz. 2 oraz pkt. 11.1.1 treści SWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy Części nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szkiełek mega o wymiarach 76 x 52 x 1 mm zgodnie z ISO 8037-1, z podwójnym polem matowym i szlifowanymi krawędziami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części nr 2.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.