

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - powtórzenie.

Numer referencyjny: 9/9PN/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 16

Pytanie do SWZ

Pakiet 19 poz. 1, 3, 4 Czy Zamawiający oczekuje przedłużaczy z drenem o średnicy zew. 2,4mm oraz wew. 1,24mm, które zapewniają prawidłowy przepływ płynów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający, dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 19 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przedłużki 45cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przedłużki 25cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kraniki bez systemu antyzapiekowego na jednym odprowadzeniu, wykonany z odpornego poliwęglanu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający, dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 19 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający, dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z medycznego niesilikonowanego PVC?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone zawierające śladowe ilości ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone wstępnie proste, zbrojenie ze stali nierdzewnej na całej długości rurki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez nazwy producenta na korpusie rurki, z

wyłącznie informacją o rozmiarze rurki na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w 2 miejscach na korpusie rurki?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian

Pakiet 33 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z odłączalnym łącznikiem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 36 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z medycznego niesilikonowanego PVC, z oznaczeniem na korpusie rurki wyłącznie o średnicy wewnętrznej (bez nazwy Producenta i średnicy zewnętrznej)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 36 poz. 3-4,8 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel z wysokiej jakości polietylenu pozbawionego PCV oraz ftalanów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian

Pakiet 36 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarze 00 o długości 5cm i rozmiarze 0 o długości 6cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 36 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 36 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarze 3,5 do 5,0 o długości 3,7 do 4,8cm? **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet 36 poz. 7 Czy Zamawiający oczekuje wymiennika ciepła i wilgoci „sztuczny nos”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 48 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści bezigłową nasadkę na fiolki o średnicy 13mm oraz 20mm o następujących parametrach:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

- Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji leku z fiolek
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- System podzielnej silikonowej membrany
- Prosty tor przepływu
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Obudowa wykonana z polikarbonu
- Pozbawione lateksu, PCV oraz ftalanów
- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji
- Odporny na działanie lipidów
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia

	Średnica 13mm	Średnica 20mm
Objętość wypełnienia	0,06 ml	0,06 ml
Przepływ	PRZEPŁYWY <ul style="list-style-type: none">• 1 psi: 200ml/minuta• 3 psi: 400ml/minuta• 5 psi: 500ml/minuta	PRZEPŁYWY <ul style="list-style-type: none">• 1 psi: 200ml/minuta• 3 psi: 340ml/minuta• 5 psi: 420ml/minuta

Pakiet 48 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie do wielokrotnego pobierania płynów z butelek i worków z filtrem bakteriynym 0,1µm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 53 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał sterylny pakowany w worek a'100 szt.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 53 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał z polistyrenu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem iż pojemnik jest sterylny, pakowany indywidualnie i spełnia warunki asortymentu medycznego.

Koordynator Zamówień Publicznych

mgr Magdalena Pudło

Pakiet 85 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna chwytna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,18mm+/-0,02, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein <37ug/g rękawicy, mankiet rolowany, długość min. 280mm, siła zrywania przed starzeniem min. 16N. Mankiet rolowany, Opakowanie zewnętrzne foliowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami. Opakowanie 50par, Rozmiary 6,0 -9,0?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 85 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerowa powierzchnia zewnętrzna chwytna mikroteksturowana, grubość na palcu 18mm+/-0,02, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein ≤ 30ug/g rękawicy, mankiet rolowany, długość min. 280mm, siła zrywania min. 15N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne foliowe z teksturowaniem listka. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami. Rozmiary 6,0-9,0?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 85 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, brązowe, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,20mm+/-0,02, wytrzymałość min. 13N, mankiet rolowany zapobiegający zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 8 substancji chemicznych, oraz cystostatyków (raport z wynikami badań). Opakowane zewnętrzne foliowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 6,0 -9,0?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 80, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm (±2,5 cm) z wkładem chłonnym o szerokości 50cm (±2,5 cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian

Pakiet 108 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm + serwetą na stolik?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 177 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylny łącznik typu kapkon?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 177 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści trójkąt typu T o średnicy 8mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 177 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści trójkąt typu T o średnicy wewnętrznej 6mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający
Koordynator Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Pudło