

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa aparatury medycznej i drobnego sprzętu medycznego -
powtórka.

Numer referencyjny: 22-P-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4

1. Czy Zamawiający w pkt. 3. Kabina wykonana z prostokątnych przeseł wypełnionych prętami stalowymi lakierowanych proszkowo na kolor biały, dopuści kolor jasno szary (RAL 7035)?

Kolor RAL 7035, jest zbliżony do białego.

2. Czy Zamawiający może doprecyzować „Pełne wyposażenie kabiny - co najmniej:”?

Zamawiający w pkt. 12-20 nie podaje ilości jakich wymaga, czyli wystarczy zaoferować po 1 szt., co nie zawsze będzie funkcjonalne i ograniczy ćwiczenia jakie będzie można wykonać.

3. Czy Zamawiający w pozycji 2 Aparat do biostymulacji laserowej, nie wymaga stolika pod aparat?

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycjach gdzie wymagany jest stół pod aparat, na zaoferowanie oryginalnego stołu producenta w osobnej pozycji?

Stoliki te oferowane jako wyposażenie, mają 23% vat i nie można ich wycenić w jednej pozycji z aparatem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Zamawiający definiując wyposażenie jako "pełne" posługiwał się określeniem, które miało oznaczać zapewnienie pełnej funkcjonalności sprzętu.

Wobec czego, oferowanie po 1 szt. niektórych akcesoriów, prowadzić może do niespełnienia warunku "pełnej funkcjonalności" i jest sprzeczne z zadanymi Wymaganiami.

Jednocześnie, mając świadomość, że różni producenci oferują różne akcesoria w różnych ilościach- co może zależeć od indywidualnych wymiarów akcesoriów, Zamawiający nie precyzował ilości a posłużył się zwrotem "co najmniej" gwarantującym wykonawcom złożenie stosownej oferty, bez wskazania konkretnego rozwiązania.

3. Zamawiający oczekuje zaproponowania aparatu wraz ze stolikiem tak jak w pozostałych aparatach, w związku z czym modyfikuje załącznik nr 2 tj. zestawienie asortymentowo-cenowe.
4. Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.