

Bytom dnia: 2022-08-24

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 20

Pytanie 1 – część 83, poz.1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym i jakościowym oferty prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, mankiety długość 7 cm.

W części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł 4,5 cm i 6,5cm; Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha widoczne na etykiecie, identyfikacja przed rozłożeniem. Na potwierdzenie poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 możemy dołączyć odpowiednie dokumenty, brak oznaczenia na fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 2 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem – oświadczenie producenta. Rozmiary M-115, L-127, XL-135, XXL-140. Termin ważności 5lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N w kierunku wzdłużnym i min. 35N w kierunku poprzecznym: odporność na przenikanie cieczy min. 36cm H2O - parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Proponowany fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

W imieniu Zamawiającego

