

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowym na „**Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**” – znak sprawy **Z.II.260.038.Zp.2021**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania 2 poz. 1 – 4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż dopuszcza również rękawice o poziomie protein lateksowych poniżej 10 µg/g. Im niższa wartość poziomu protein lateksowych w rękawicach tym mniejsze ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaoferowanie rękawic o poziomie protein lateksowych poniżej 10 µg/g.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania 2 poz. 1 – 4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w opakowaniu papierowo-foliowym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic w opakowaniu papierowo-foliowym.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania 2 poz. 1 – 4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny za parę rękawicy z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za parę rękawicy z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 4 dotyczy zapisów Umowy. Wnosimy o modyfikację §2 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine zmiana taka następować będzie automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.* **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy,

stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SWZ w zakresie załącznika nr 7 projektowane postanowienia umowy w §2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 4. Ceny objęte umową mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek VAT na oferowane dostawy. Zmiana taka następować będzie automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.

Zmodyfikowana treść zapisów SWZ została umieszczona na platformie <https://e-propublico.pl> w dniu 31/08/2021 r.

Pytanie nr 5 dotyczy zapisów Umowy. Wnosimy o modyfikację §2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 - 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,27 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,27 mm.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 - 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie protein poniżej 10 µg/g.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o poziomie protein poniżej 10 µg/g.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/