



„Olmedica w Olecku sp. z o.o.”  
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956  
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel. (087) 520 22 95-96  
Fax. (087) 520 25 43  
e-mail: olmedica@olmedica.pl



Znak sprawy: 39/TP/2024

Olecko 30.01.2025r.

**K&W Construction Sp.z o.o.**  
**Ul. Grójecka 9**  
**96-320 Badowo-Mściska**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, o wartość szacunkowej zamówienia która jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp. Pt. " Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz dostosowanie infrastruktury medycznej, technicznej i logistycznej do prowadzenia Oddziału Geriatrii "

**ZAWIADOMIENIE**  
**o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania**

Zamawiający – „**Olmedica w Olecku sp. z o.o.**”, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oferta Wykonawcy **K&W Construction Sp.z o.o.** została odrzucona, na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

**Uzasadnienie faktyczne:**

Wykonawca w przedstawionej ofercie w Załączniku nr 7 do SWZ, stanowiącym wymagania minimalne sprzętu i urządzeń medycznych, w tabeli dotyczącej Aparatu USG VIVID T9 Producent: GE HEALTHCARE, w punkcie 44 – „Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim” podał odpowiedź TAK, potwierdzając, iż oferowany aparat posiada obsługę urządzenia i komunikaty w języku polskim. Zamawiający dnia: 13.12.2024 r. udostępnił Wyjaśnienia treści SWZ, gdzie zawarte było następujące pytanie: „dot. Zał. nr 7 do SWZ -Wymagania min. sprzętu i urządzeń medycznych dla pozycji 8 USG pkt 44 Czy Zamawiający dopuści aparat z obsługą i komunikacją w języku angielskim? Powszechnie obowiązującym standardem przy USG i Echokardiografach jest język angielski.” **Zamawiający wyraził zgodę.** Mimo to, Wykonawca zadeklarował w ofercie, że proponowane przez nich urządzenie posiada obsługę urządzenia i komunikaty w języku polskim. W związku z tym, Zamawiający wysłał zapytanie do Producenta z prośbą o przesłanie katalogu, folderu lub innych materiałów informacyjnych, opisujących aparat USG VIVID T9 z informacją, czy ww. aparat posiada obsługę urządzenia i komunikaty w języku polskim. Zamawiający otrzymał odpowiedź wraz z potwierdzającymi dokumentami, iż urządzenie nie posiada języka polskiego w swojej aplikacji.

W związku z powyższym Zamawiający, **Olmedica w Olecku sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm. ), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat ISO 9001:2015 nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA



„Olmedica w Olecku sp. z o.o.”  
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956  
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel. (087) 520 22 95-96  
Fax. (087) 520 25 43  
e-mail: olmedica@olmedica.pl



**Uzasadnienie prawne:**

Art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp

Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;

**Uzasadnienie faktyczne:**

W dniu 20/01/2025 r o godzinie 11:00 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający dokonał badania i oceny ofert. Po przeprowadzonych czynnościach dokonał odrzucenia oferty Wykonawcy **K&W Construction Sp.z o.o.**

Zgodnie z art. 262 ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Z poważaniem  
Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o. o.

/-/mgr Katarzyna Mróz