

Siedlce dnia: 2025-03-13

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **dostawy nici i siatek chirurgicznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.**

Numer referencyjny: **nici i siatki/497/2025**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 2 Zadanie nr 2, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 150 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 Zadanie nr 2, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą nie odczepianą, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 5 Zadanie nr 2, poz. 13 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 6 Zadanie nr 2, poz. 18 ,19 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 7 Zadanie nr 3, poz. 1-11 Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniałny syntetyczny monofilament o okresie wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 8 Zadanie nr 3, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 25 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 Zadanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 Zadanie nr 4, poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniałny syntetyczny, monofilament o okresie wchłaniania 90-120 dni (podtrzymywanie 40% po 14 dniach)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 11 Zadanie nr 4, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniałny syntetyczny, monofilament o okresie wchłaniania 90-120 dni (podtrzymywanie 40% po 14 dniach)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 12 Zadanie nr 4, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniałny syntetyczny, plecionka o okresie wchłaniania 42 dni (podtrzymywanie 65% po 7 dniach)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 13 Zadanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14 Zadanie nr 5, poz. 9, 10 Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Zadanie 5 z pominięciem pozycji 9 i 10?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 15 Zadanie nr 8 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 16 Zadanie nr 8 Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papierowy nośnik nici?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 17 Zadanie nr 9, poz. 6, 7 Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Zadanie 9 z pominięciem pozycji 6 i 7?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 18 Zadanie nr 9, poz. 6, 7 Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycje z zadania 9?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający nie wykreśla pozycji. Byłoby to niedopuszczalną zmianą zmniejszającą zakres przedmiotu zamówienia, której skutkiem byłoby unieważnienie całego postępowania.

Pytanie nr 19 Zadanie nr 13 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku czynnika antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 20 Zadanie nr 13 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający
p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Monika Nawacka