

**UNIwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
im. L. Zamenhofs w Białymstoku**

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 22.06.2020 r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego**

PN-7/20/12/1

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr PN- 7/20/12 na usługę
serwisu respiratorów firmy Maquet Servo I, Servo 300, Servo U i N**

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o przytoczonej poniżej treści: na mocy art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) udzielamy **wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Treść pytań:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem w związku z SIWZ czy nie powinno być dla Servo 300 9 przeglądów na 3 lata?
1 na rok dla 3 sztuk daje łącznie 9 przeglądów w ciągu 36 miesięcy.

	Model	Ilość szt.	Ilość przeglądów na 3 lata
Respirator SERVO	SERVO 300	3	3
Respirator SERVO	SERVO-I	7	21
Respirator SERVO	SERVO-U	8	16
Respirator SERVO	SERVO-N	1	2

Odpowiedź: Zgodnie ze złożoną ofertą przeglądy Servo 300 dotyczą tylko 1 roku, gdyż w latach następnych aparaty te nie będą miały serwisowego wsparcia producenta.


2. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych

§ 9

1. Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną:

a) w wysokości **0,3 %** wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu kolejnego przeglądu określonego w paszporcie technicznym sprzętu;

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

**KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych**

mgr Iwona Kisiel