

Bytom dnia: 2025-02-07

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 67

1.Czy w pakiecie 1 pozycja 3 Zamawiający dopuści produkt pakowany x 15 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ? Prosimy o informację czy należy zaokrąglić ilość do pełnych opakowań w górę ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Czy w pakiecie 1 pozycja 4 Zamawiający dopuści produkt pakowany x 15 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ? Prosimy o informację czy należy zaokrąglić ilość do pełnych opakowań w górę ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3.Czy w pakiecie 1 pozycja 5 Zamawiający ma na myśli i wymaga Zestawu do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka metodą grawitacyjną o długości 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit. Wolne od lateksu i DEHP ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga strzykawki 1 ml z podziałem co 0,01ml do podawania leków u noworodka i szczepień BCG.

4.Czy w pakiecie 1 pozycja 6 Zamawiający ma na myśli i wymaga EasyBag Bolus Adaptor - Adapter umożliwiający pobranie diety z worka typu EasyBag strzykawką typu ENFit ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga strzykawki 2ml, zgodnie Pakiet 1 poz, 6.

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 49 pozycji nr 1 jałowego przyrządu jednorazowego użytku do bezigłowego pobierania i dostrzykiwania produktów leczniczych, posiadającego dwa filtry: filtr bakteryjny 3µm oraz filtr cząsteczkowy 5µm, posiadającego skuteczność bakteriobójczą >99,999% oraz okres ważności 4 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

6.Dotyczy § 6 ustęp 1.1 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

7.Dotyczy § 6 ustęp 1.2 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

8.Dotyczy § 7 ut. 1 umowy. Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodę.

Zamawiający

