

Suwałki, dnia 10/05/2019r.

L.dz. SZW.DZI.262. 200/18/PN/MN/2019

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**NS: 18/PN/MN/2019**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup sterylizatora na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

**Uczestnik 1**

**Pytanie 1 Dotyczy punktu 17 - umowy, załączniku numer 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia zastępczego aparatu w przypadku naprawy dłuższej niż 72 godziny w dni robocze? Sterylizator na tlenek etylenu będący przedmiotem tego postępowania jest urządzeniem wymagającym specjalnych: pomieszczenia do instalacji oraz instalacji wyrzutowych. Montaż urządzenia zastępczego wymagałby zdemontowania urządzenia naprawianego. Z kolei urządzenie poddawane naprawie, by naprawa była możliwa, musi być podłączone instalacji wyrzutowych. Tak więc specyfika działania urządzenia, wyklucza możliwość instalacji zastępczego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstępianie od wymogu.

**Pytanie 2 Część 1 – Sterylizator, pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści w części 1, pkt. 1 urządzenie fabrycznie nowe o dacie produkcji nie starszej niż 2018 r. ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 18/PN/MN/2018 z dnia 23/04/2019r.

**Z poważaniem  
Adam Szałanda**

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach