

# UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 11.10.2023r.

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania przetargowego**

**PN – 40/23/29/2**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-40/23/29 „Dostawa materiałów do przeszczepów”**

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

## **Treść pytań:**

### **1. Pakiet nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w kształcie i wielkości. Jest to pełny implant z elastomeru niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, który jest bardzo podobny do naturalnego jądra. Proteza jest sterylna i pozbawiona pirogenów w systemie pakowania z podwójnym owijaniem. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym.

Implant dostępny w rozmiarze XL o następujących wymiarach

MODEL	A (mm)	B (mm)	Objętość
T-XLarge [ekstra duży]	47	34	34 ml

Są to najbezpieczniejsze implanty jąder dostępne na rynku, gdyż ich wypełnienie stanowi substancja stała, elastyczna, nie rozlewająca się i nie wyciekająca podczas nakłuwania igłą. Materiał zszywający przechodzący przez dowolny punkt protezy, eliminuje ryzyko wycieków.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **2. Pakiet nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w kształcie i wielkości. Jest to pełny implant z elastomeru niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, który jest bardzo podobny do naturalnego jądra. Proteza jest sterylna i pozbawiona pirogenów w systemie pakowania z podwójnym owijaniem. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym.

Implanty dostępne w następujących rozmiarach – do wyboru przez Zamawiającego:

MODEL	A (mm)	B (mm)	Objętość
T-Small [mały]	31	23	9 ml
T-Medium [średni]	37	28	15 ml
T-Large [duży]	42	32	23 ml

Są to najbezpieczniejsze implanty jąder dostępne na rynku, gdyż ich wypełnienie stanowi substancja stała, elastyczna, nie rozlewająca się i nie wyciekająca podczas nakłuwania igłą. Materiał zszywający przechodzący przez dowolny punkt protezy, eliminuje ryzyko wycieków.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**KIEROWNIK**  
**Sekcji Zamówień Publicznych**

*mgr Iwona Kisiel*