



**NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII**  
Stefana kardynała Wyszyńskiego  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42  
04-628 Warszawa (Anin)  
**www.ikard.pl**

**tel.:** +48 22 343 46 00

**tel.:** +48 22 815 30 11

**fax:** +48 22 343 45 25

Warszawa, dnia 17.05.2022 r.

## **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania numer: ZP.012.2022.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Narodowy Instytut Kardiologii, zawiadamia że w niniejszym postępowaniu, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**I. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że udzielił następujących wyjaśnień:**

### **WNIOSEK 1**

#### **Pytanie 1**

W związku z dostawą tomografu komputerowego, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada wolnych licencji i oczekuje dostarczenia w pełni skonfigurowanego urządzenia posiadającego wymagane licencje. Jednocześnie Zamawiający nie narzuca rozwiązania technicznego w zakresie podłączenia tomografu z systemem RIS/PACS. Zamawiający dopuści różne rozwiązania spełniające wymagania SWZ, w tym np. wykorzystanie licencji wspólnie z innymi systemami dostępnymi w NIKard, jeżeli będzie zgodne z licencją dostępu do RIS/PACS i technologicznie możliwe do realizacji.

#### **Pytanie 2**

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację tomografu komputerowego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

## Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania zaoferowane przez Wykonawców w tym w zakresie umów z Podwykonawcami. Jednocześnie Zamawiający oczekuje świadczenia usługi i udzielenia gwarancji dla dostarczonego sprzętu zgodnie z zapisami SWZ i umowy.

## **WNIOSEK 2**

### Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści Bezwkładowy, trzykanałowy, tłokowy (nie pompa) wstrzykiwacz środka kontrastowego do badań metoda tomografii komputerowej MEDRAD CENTARGO?

#### PARAMETRY I FUNKCJE WSTRZYKIWACZA:

- System o gwarantowanej sterylności zestawu dziennego przez 24 godziny
- Dwa źródła środka kontrastowego i jedno soli fizjologicznej o pojemności od 50 ml do 500 ml oraz soli fizjologicznej o pojemności do 1000 ml.
- Ostrza typu spike o 24-godzinnej gwarancji sterylności zintegrowane z zestawem dziennym z możliwością wymiany w razie konieczności bez wymiany całego zestawu dziennego
- Mocowana zatrzaskowo linia pacjenta
- Automatyczne odpowietrzanie systemu przed badaniem oraz automatyczne wypełnienie linii pacjenta po każdej wymianie
- Iniekcje wielofazowe z możliwością zaprogramowania do 60 faz na jeden protokół badania
- Pojemnik na płyny do odpowietrzania wbudowany w urządzenie
- Dwa ekrany sterujące z intuicyjnym interfejsem użytkownika połączone za pomocą Wi-Fi
- Interfejs użytkownika w języku polskim
- Instrukcja postępowania dla użytkownika wyświetlana na ekranie sterującym
- Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, minimalny czas pracy baterii 16 godzin lub 60 iniekcji
- Wbudowane w system ogrzewacze środka kontrastowego
- Komunikacja ze skanerem w klasie CAN IV
- - system detekcji i wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach wstrzykiwacza,
- system zastawkowy przeciwdziałający cofaniu się podawanych płynów (jednokierunkowy przepływ płynu),
- funkcja przeprowadzania symultanicznej iniekcji: Sól fizjologiczna / środek kontrastowy (zawartość środka kontrastowego regulowana płynnie przez operatora w żądanych proporcjach na ekranie dotykowym),

- wybór z menu wstrzykiwacza lub automatyczne skanowanie czytnikiem kodów kreskowych:

- rodzaju środka kontrastowego (różne marki producentów),
- stężenia środka kontrastowego w celu możliwości obliczenia optymalnych warunków podaży środka kontrastowego,
- objętości butelki w celu kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zleconego badania,

- rozmiaru wkłucia ( z menu) indywidualnego dla każdego pacjenta w celu dostosowania optymalnych parametrów prędkości podania środka kontrastowego,
- wstrzykiwacz na statywie jezdny z możliwością zablokowania co najmniej dwóch kół
- wieszak na podawane płynu zintegrowany ze statywem
- zabezpieczenie modułu elektroniki przed zalaniem kontrastu
- funkcja przeprowadzenia testu iniekcji solą fizjologiczną w celu oceny właściwego umieszczenia dostępu?

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymagania pkt. 154 załącznika nr 1a do SWZ – określając je jako minimalne wymagania.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a poprzez doprecyzowanie pkt. 79 załącznika nr 1a do SWZ.

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wstrzykiwacz utrzymywał zadaną prędkość przepływu płynów automatycznie kontrolując generowane ciśnienie, co pozwoli operatorowi uzyskać stabilny zwarty bolus środka kontrastowego, oraz aby wstrzykiwacz miał możliwość utrzymywania zadanego ciśnienia poprzez automatyczną regulację przepływu, co pozwoli uniknąć ryzyka uszkodzenia naczyń np. u pacjentów onkologicznych lub pediatrycznych?

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednak nie stawia takiego wymogu.

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby wstrzykiwacz miał możliwość symultanicznego (w odróżnieniu od naprzemiennego) podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej z możliwością zaprogramowania procentowej zawartości roztworu na przykład przy badaniach kardiologicznych?

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednak nie stawia takiego wymogu.

#### Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga cechy bezpieczeństwa polegającej na automatycznym odpowietrzeniu układu natychmiast po instalacji drenu dla kolejnego pacjenta i systemu „wet to wet connection”- dodatkowy przycisk bezpieczeństwa dla operatora umożliwiający ręczne dozowanie NaCl bezpośrednio przed połączeniem drenu wstrzykiwacza z wenflonem pacjenta?

### Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednak nie stawia takiego wymogu.

### Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga funkcji zdalnego nadzoru serwisowego (aktualizacje oprogramowania, rejestracja kodów błędów, diagnostyka etc..) wstrzykiwacza poprzez łącze internetowe i udostępni takie łącze? Pytanie jest logiczną konsekwencją wymogu opisanego w pkt. 155 zał nr 1a do SIWZ dotyczącego tomografu. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że objęcie zdalnym nadzorem wyłącznie Tomografu nie chroni ośrodka przed przestojem w funkcjonowaniu pracowni wynikającym z awarii wstrzykiwacza, zwłaszcza w sytuacji ograniczonego dostępu serwisu dla szpitali jak ma to miejsce obecnie przy restrykcjach związanych z COVID 19.

### Odpowiedź

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie i udostępni łącze, ale nie będzie wymagał takiej funkcjonalności dla wyposażenia tomografu jakim jest wstrzykiwać kontrastu.

### Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga zintegrowanego czytnika kodów kreskowych dla opakowań środków kontrastowych i NaCl. Rozwiązanie takie umożliwia automatyczne wprowadzenie danych dotyczących podawanych płynów takich jak: marka, stężenie, numer serii, data ważności, objętość do pamięci wstrzykiwacza, a następnie umieszczenie tej informacji w podsumowaniu badania eksportowanego w postaci pliku DICOM wraz z innymi parametrami do PACS.

### Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednak nie stawia takiego wymogu.

## **WNIOSEK 3**

### **1. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SWZ – Parametry techniczne VIII poz. 154 Automatyczny wstrzykiwacz, 3 kanałowy do skanera CT (2 źródła kontrastu i 1 źródło soli fizjologicznej):**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza do sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl do diagnostyki TK, który jest równoważny ze wstrzykiwaczem dwugłowicowym (posiada dwie komory do montażu środka kontrastowego oraz jedną do montażu NaCl).

Głównymi zaletami wstrzykiwacza są:

- Technologia umożliwiająca wstrzykiwanie bezpośrednio ze wszystkich dostępnych na rynku pojemników środka kontrastowego (pojemności od 50 do 500 ml) oraz NaCl (do 1000 ml).

- Eksploatacja wstrzykiwacza prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIEzawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu).
- Zestaw materiałów eksploatacyjnych składający się z wężyka pompy oraz wężyka pacjenta. Wężyki pompy 24-godzinne umożliwiające wykonanie dowolnej ilości iniekcji. Wążek pacjenta podłączany do wężyka pompy za pomocą złącza Luer-Lock i wymieniany po zakończeniu badania u każdego pacjenta.
- Oszczędność środka kontrastowego w wyniku wstępnego i wtórnego wypełnienia NaCl systemu wężyków.

Dane techniczne wstrzykiwacza:

- Rodzaj zasilania: bateryjne + sieciowe 230V,
- Automatyczne przełączanie kanałów dla takiego samego środka kontrastowego w obu źródłach z ręcznym trybem wyboru,
- Podtrzymanie temperatury wstępnie podgrzanego środka kontrastowego,
- System detekcji i wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach wstrzykiwacza,
- Funkcja przeprowadzenia testu iniekcji solą fizjologiczną w celu oceny właściwego umieszczenia dostępu,
- System zastawkowy przeciwdziałający cofaniu się podawanych płynów (jednokierunkowy przepływ płynu),
- Funkcja pozwalająca na naprzemienne podawanie bardzo małych ilości soli i kontrastu. Możliwość wyboru „mieszania” w różnym stopniu procentowym m.in.: 14%, 20%, 25%, 33%, 50%,
- Wybór z menu wstrzykiwacza objętości butelki w celu kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zleconego badania,
- Jeden kolorowy dotykowy panel sterujący umieszczony w sterowni tomografu, z którego programuje się wszystkie parametry iniekcji oraz drugi panel umieszczony na wstrzykiwaczu, który wyświetla parametry zadanej iniekcji oraz ciśnienie w systemie wężyków podczas podawania płynów. Sposób połączenia: bezprzewodowo (technologia bluetooth),
- Pamięć 100 programów (maksymalnie 40 faz w jednym protokole), które można łatwo zapisać na nośniku USB i ponownie odtworzyć,
- Komunikacja w języku polskim,
- Wstrzykiwacz na podstawie jezdnej z możliwością zablokowania dwóch kół,
- Wieszak na podawane płyny, zintegrowany ze wstrzykiwaczem,
- Zabezpieczenie modułu elektroniki przed zalaniem kontrastu,
- Interfejs do synchronizacji ze skanerem.

### Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymagania pkt. 154 załącznika nr 1a do SWZ – określając je jako minimalne wymagania.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a, poprzez doprecyzowanie pkt. 79 załącznika nr 1a do SWZ.

#### **WNIOSEK 4**

##### **1. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 53**

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wymóg oprogramowania VIP (Volume Intensity Projection) po stronie oprogramowania konsoli operatorskim jest nazwą własną oprogramowania jednego z producentów a standardowo oprogramowanie to wykorzystywane jest na konsoli lekarskiej a nie operatorskiej tomografu. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, oprogramowanie na konsoli lekarskiej w oparciu o najnowszą rekonstrukcję 3D typu Cinematic Rendering, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?

##### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza jako rozwiązanie równoważne, oprogramowanie na konsoli lekarskiej w oparciu o najnowszą rekonstrukcję 3D typu Cinematic Rendering

##### **2. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 86**

Zamawiający oczekuje zainstalowania oprogramowania klienckiego na posiadanych przez niego stanowiskach roboczych.

Czy Zamawiający poda dokładne parametry tych komputerów, w szczególności system operacyjny oraz ilość pamięci RAM?

W przypadku braku podania parametrów komputerów, czy Zamawiający potwierdza, iż należy zaoferować dodatkowe 4 stanowiska robocze spełniające wymagania określone w p. 92?

Udzielenie odpowiedzi jest niezbędne do sporządzenia dokładnej wyceny oferty.

##### **Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje zainstalowania oprogramowania klienckiego na posiadanych przez niego stanowiskach roboczych.

Zamawiający oczekuje poprawnej instalacji i funkcjonowania oprogramowania klienckiego na posiadanych stanowiskach roboczych, ze wsparciem producenta.

Zamawiający informuje, iż występują dwa typy stacji roboczych:

Windows 7,

CPU - Intel Xeon E5-1603, lub Intel Xeon W3565

RAM - 8GB, lub 12 GB

Dyski - HDD 500 GB, lub 1TB.

##### **3. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 116**

Czy Zamawiający uzna za równoważną aplikację i jednocześnie przyzna punkty za zaoferowanie systemu wyposażonego w poniższy zestaw funkcjonalności tj.:

Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań CT urazowych i onkologicznych klatki piersiowej, umożliwiająca:

- ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie,
- ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii rdzenia kręgowego, rozwinięciem kręgosłupa na płaszczyźnie, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa
- automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber
- dokładna ocena naczyniowa w ramach oceny badania urazowego/onkologicznego (z pełną funkcjonalnością automatycznego usunięcia kości oraz identyfikacji/izolacji naczynia) bez konieczności dodatkowego otwierania kolejnych aplikacji
- dokładna ocena onkologiczna w ramach oceny badania onkologicznego (z dokładną segmentacją zmian, edycją obrysu, śledzeniem zmian pomiędzy badaniami) bez konieczności dodatkowego otwierania kolejnych aplikacji
- dedykowana wizualizacja w 3D VRT pokazująca struktury: kości oraz przedmiotów metalowych w badaniach urazowych

Jednoczesny dostęp dla min. jednego użytkownika

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż **uzna** oprogramowanie do szybkiej i dokładnej oceny badań CT urazowych i onkologicznych, o funkcjonalnościach zaproponowanych przez Wykonawcę **za rozwiązanie tożsame** z oprogramowaniem do szybkiej oceny badań CT urazowych oraz onkologicznych (z pkt 116-Załącznika nr 1 a do SWZ) i przyzna odpowiednią ilość punktów.

#### **4. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 139**

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie oprogramowania diagnostycznego pozwalającego na:

- a) ogólną ocenę blaszki miażdżycowej tj.: kodowanie kolorem, ocenę objętości obszaru zainteresowania
- b) zaawansowane możliwości oceny blaszki miażdżycowej dostępne w ramach aplikacji prototypowej oferowanej w p. 128, umożliwiającej m.in. na:
  - ocena ilościowa/jakościowa blaszek w badaniach jedno i dwuenergetycznych,
  - wyznaczanie w przedziałach w 3D ilości blaszek w ścianach naczynia,
  - wyznaczenie w 3D składu tkanki okołonaczyniowej,
  - edycja ścian naczynia w widokach krzywoliniowych/prostopadłych

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i uzna za równoważne zaoferowanie oprogramowania diagnostycznego z zaoferowaną powyżej funkcjonalnością.

## **5. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 171**

Proszę o podanie poniższych informacji:

- nazwę i dane kontaktowe dostawcy posiadanego przez Państwa szpitalnego systemu RIS/PACS

### Odpowiedź

System RIS/PACS NetRAAD producent CompuGroup Medical, ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin.

- 1) czy w ramach modernizacji serwerów aplikacyjnych do podłączenia ich do systemu RIS/PACS zostaną wykorzystane obecnie posiadane przez Zamawiającego licencje dostępne do RIS/PACS

### Odpowiedź

Licencje dostępne do serwera PACS mogą zostać wymienione „1 do 1” w przypadku kiedy nowy serwer zastępuje stary oraz gdy posiadana licencja będzie wystarczająca do podłączenia nowego serwera aplikacyjnego. W przypadku powiększenia ilości serwerów zamawiający nie posiada wolnych licencji do wykorzystania.

- 2) czy dostarczane stacje lekarskie do systemu serwerowego będą wykorzystywały obecnie posiadane przez Zamawiającego licencje dostępne do RIS/PACS

### Odpowiedź

Licencje dostępne do serwera PACS obecnie wykorzystywane przez stacje lekarskie mogą zostać użyte w przypadku wymiany stacji „1 do 1”, w przypadku kiedy zostanie dostarczona stacja nadmiarowa w stosunku do posiadanych zamawiający wymaga dostarczenia nowej licencji podłączeniowej do PACS.

- 3) jeżeli obecnie posiadane przez Zamawiającego licencje dostępne do RIS/PACS nie mogą być wykorzystane do podłączenia dostarczanych urządzeń to jaką liczbę dodatkowych licencji należy dostarczyć oraz jaki okres gwarancji należy na nie zaoferować (firma dostarczająca licencje do RIS/PACS pobiera coroczną opłatę za jej utrzymanie)

### Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dostępowych do serwera RIS/PACS do wszystkich dostarczanych urządzeń które są nadmiarowe w stosunku do posiadanych i nie mogą być wymienione ze starego urządzenia na nowe, zamawiający wymaga bezawaryjnej pracy urządzeń i oprogramowania w trakcie trwania gwarancji.



- 4) w przypadku wykorzystania obecnie posiadanych przez Zamawiającego licencji dostępu do RIS/PACS prosimy o informację czy licencje te powinny być objęte dodatkowa gwarancją na okres równy okresowi udzielonej gwarancji na dostarczane urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowej gwarancji licencji dostępu do RIS/PACS na okres równy okresowi udzielonej gwarancji na dostarczane urządzenia w przypadku wykorzystania obecnie posiadanych przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby dostarczone stacje i serwery zostały podłączone do lokalnej domeny AD zamawiającego, oraz umożliwienie instalacji antywirusa centralnie zarządzanego będącego własnością zamawiającego. Dopuszczone jest wyłączenie funkcji w antywirusie które mogą spowalniać pracę serwera.

**6. Dotyczy SWZ**

Proszę o wskazanie lokalizacji rozdzielnic, z której należy zasilić agregat wody lodowej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zasilanie z rozdzielni RNN-4 , która znajduje się w tym samym budynku na poziomie -1.

**7. Dotyczy SWZ**

Podczas wizji lokalnej wskazano WLZ po dawnym tomografie w pomieszczeniu technicznym pod pracownią, proszę o potwierdzenie, że może być on użyty do zasilenia nowego tomografu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego kabla zasilającego jeżeli spełni on wymagania co do zasilania urządzeń. Jest to kabel 5xYKY 1x150mm<sup>2</sup> o długości około 100 m.

**8. Dotyczy SWZ**

Czy w zakresie dostosowania pomieszczeń jest wymiana oświetlenia podstawowego, ostrzegawczego, awaryjnego i ewakuacyjnego?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie dostosowania pomieszczeń jest wymiana oświetlenia podstawowego, ostrzegawczego, awaryjnego i ewakuacyjnego.

**9. Dotyczy SWZ**

Prosimy o podanie zakresu prac budowlanych.

1) czy wykładzina w pom. TK i sterowni podlega wymianie?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż wykładzina w pom. TK i sterowni podlega wymianie.

2) czy uszkodzone panele ochronne PB podlegają wymianie czy naprawie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż uszkodzone panele ochronne PB podlegają wymianie.

3) czy sufity podwieszane w pom.TK i sterowni podlegają wymianie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż sufity podwieszane w pom.TK i sterowni podlegają wymianie.

4) czy Zamawiający wymaga dostawy i montażu mebli i wyposażenia? jeżeli tak to prosimy o wyspecyfikowanie co dokładnie Wykonawca ma dostarczyć?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wymaga dostawy i montażu mebli i wyposażenia.

5) prosimy o potwierdzenie informacji z wizji lokalnej, że za wyjątkiem projektu osłon stałych, Zamawiający nie wymaga od wykonawcy żadnej dokumentacji projektowej?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wymaga od wykonawcy dodatkowych dokumentacji projektowej.

## **10. Dotyczy SWZ**

Prosimy o udostępnienie na stronie postępowania dokumentacji konstrukcyjnej części budynku drogi transportowej (od wejścia głównego do wejścia do pracowni).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji konstrukcyjnej części budynku drogi transportowej. Każdy z wykonawców miał możliwość dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem (tj. drogą transportową).

**11. Dotyczy SWZ**

Prosimy o potwierdzenie faktu, iż Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonania systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach pod pracownię TK?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wymaga wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

**12. Dotyczy SWZ**

Proszę o wskazanie miejsca montażu agregatu chłodniczego na dachu budynku oraz potwierdzenie nośności konstrukcji dachu do przeniesienia ciężaru agregatu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż projektant Wykonawcy musi przeliczyć nośność dachu.

**13. Dotyczy SWZ**

Proszę o przekazanie aktualnych pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu tomografu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż udostępnia załącznik pod nazwą „Pomiary wentylacji Tomograf.pdf”

**14. Dotyczy SWZ**

Proszę o wskazanie przebiegu rurociągu wody lodowej z agregatu do pomieszczenia technicznego tomografu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż udostępnia załącznik pod nazwą „TRasa inst. chłodu1.pdf”.

**15. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 163**

**Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ, §6 ust. 11**

Ze względu na specyfikę aparatu i konieczność długotrwałej stabilizacji parametrów systemu w specyficznych okolicznościach wyłączenia zasilania oraz chęć zapewnienia maksymalnej jakości obrazowania wymagającej wspomnianej stabilizacji, prosimy o wydłużenie maksymalnego czasu naprawy bez użycia części do 3 dni roboczych. Jednocześnie zapewniamy o dołożeniu wszelkich starań w celu możliwie szybkiego przywrócenia pełnej sprawności systemu, oraz nadaniu najwyższego priorytetu w rozwiązywaniu wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu tak innowacyjnego aparatu.

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymogi dotyczące załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 163 oraz załącznika nr 5 do SWZ, §6 ust. 11.

#### **16. Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ, §6 ust. 17**

Prosimy o doprecyzowanie że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymogi dotyczące załącznika nr 5 do SWZ, §6 ust. 17

#### **17. Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ, §6 ust. 18**

Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu np. w sposób poniższy:

*„W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o awarii, usterce lub wadzie dostarczonego sprzętu, Zamawiający po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady osobie lub podmiotowi trzeciemu posiadającemu uprawnienia do realizacji naprawy, usterki lub wady nie gorsze niż Wykonawca a kosztami usunięcia awarii, wady lub usterki obciąży Wykonawcę”.*

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymogi dotyczące załącznika nr 5 do SWZ, §6 ust. 18.

#### **18. Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ**

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: „Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.”.

## Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ w Załączniku nr 5 - Projektowane Postanowienia Umowy.

### **II. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Zamawiający, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

- W rozdziale VII SWZ - KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW – PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, jest:
1. Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
    - a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;
    - b. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
    - c. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej.

### **Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
    - a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;
    - b. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
    - c. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 5k rozporządzenia (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
    - d. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej
- W rozdziale IX- WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH- KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW – PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt.1 – 4 jest:
1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ. Jednolity dokument (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oświadczenie JEDZ, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa składa każdy z Wykonawców.**

Oświadczenia to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z ww. oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

**2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 winno:**

- 1) zostać wypełnione przy zastosowaniu postanowień instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

- 2) zostać wypełnione w narzędziu znajdującym się pod adresem:  
<http://espd.uzp.gov.pl>  
Celem realizacji powyższego Wykonawca pobiera JEDZ w formacie .xml zamieszczony na platformie prowadzonego postępowania, wypełnia w narzędziu, o którym mowa powyżej.
- 3) zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału, w postępowaniu oraz do wykazania braku podstaw do wykluczenia;
- 4) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę, zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- 5) złożone w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

**UWAGA**

Zamawiający informuje, iż w części IV JEDZ Kryteria kwalifikacji dopuszcza złożenie przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w pkt. α.

3. **Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:**

### **1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:**

- 1) **wyказu dostaw** wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SWZ - który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale VII ust. 2 lit. d) SWZ;

### **2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:**

- 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- 2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;) - zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 3 do SWZ;
- 4) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 4 do SWZ.

**Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022 oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 9 do SWZ;

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oświadczenie JEDZ, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców.**

Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

**Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby**, przedstawia, wraz dokumentami, o których mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby a także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ



2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1(JEDZ) winno:

- 1) zostać wypełnione przy zastosowaniu postanowień instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

- 2) zostać wypełnione w narzędziu znajdującym się pod adresem:

<http://espd.uzp.gov.pl>

Celem realizacji powyższego Wykonawca pobiera JEDZ w formacie .xml zamieszczony na platformie prowadzonego postępowania, wypełnia w narzędziu, o którym mowa powyżej.

- 3) zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału, w postępowaniu oraz do wykazania braku podstaw do wykluczenia;
- 4) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę, zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- 5) złożone w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

#### **UWAGA**

Zamawiający informuje, iż w części IV JEDZ Kryteria kwalifikacji dopuszcza złożenie przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w pkt. α.

**3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:**

- **W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:**

- 1) **wykazu dostaw** wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wzór wykazu dostaw stanowi

Załącznik nr 6 do SWZ - który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale VII ust. 2 lit. d) SWZ;

• **W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:**

- 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- 2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;) - zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 3 do SWZ;
- 4) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 4 do SWZ.
- 5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie art. 5k rozporządzenia (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
- 6) Wykazy określone w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 i Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamawiający nie wezwie do złożenia ww. podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.

➤ W rozdziale ROZDZIAŁ XXVII- ZAŁĄCZNIKI DO SWZ jest:

1. Załącznik nr 1 - do SWZ- formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 1a - 1c- Parametry techniczne- Kryteria oceny ofert;
3. Załącznik nr 2 - JEDZ;
4. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy;
5. Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy;
6. Załącznik nr 5 - Projektowane Postanowienia Umowy;
7. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw;
8. Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
9. Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.

**Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Załącznik nr 1 - do SWZ- formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 1a - 1c- Parametry techniczne- Kryteria oceny ofert;
3. Załącznik nr 2 - JEDZ;
4. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy;
5. Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy;
6. Załącznik nr 5 - Projektowane Postanowienia Umowy;
7. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw;
8. Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
9. Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
10. Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia Wykonawców/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
11. Załącznik nr 10- Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; dla podmiotu udostępniającego zasoby.

➤ **Anuluje** Załączniki nr 1a-1c, 2, 5, do SWZ i **wprowadza nowy** załączniki nr 1a-1c, 2, 5, do SWZ po zmianie z dnia 17.05.2022r.

➤ **Dodaje** Załączniki nr 9 i 10 do SWZ

- **Dodaje** Załącznik do OPZ „TRasa inst. chłodu1.pdf”
- **Dodaje** Załącznik do OPZ „Pomiary wentylacji Tomograf.pdf”

z upoważnienia  
Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii  
/-/ Pani Mariola Łukasiewicz